

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.11.2021

İhale Kodu :20676
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **19.11.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	İNTRA AORTİK BALON KATETER SETİ	15	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

İNTRAAORTİK BALON KATETER SETİ (KR2019)

- 1-Kateter şaftının ve balonun çapı en fazla 7.5 Fr olmalıdır.
- 2- Balon kateteri şaftı ile balon membranı (açılmamış halde iken) arasında kalınlık farkı olmamalıdır.
- 3-Balon ucu sheatless kullanım sırasında damar yapısını bozmamalıdır.
- 4-Balon kateteri hastaya herhangi bir sheath kullanmadan (sheatless) yerleştirilebilmelidir.
- 5-Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler olmalıdır.
- 6-Sheath uzunluğu 6 inch olmalıdır ve üzerinde kanamayı engellemek için hemostatik valvi bulunmalıdır.
- 7- Balon kateterin üzerinde kateterin hasta dışında kalan bölümünün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu plastik kılıf olmalıdır.
- 8-Balon çift kaplı steril paketinde olmalıdır.
- 9- İntroducer set ile balon ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 10-Balon hacmi 40 cc olmalıdır.
- 11-Balon ile verilecek yerleştirme kiti şu aksesuarlardan oluşmalıdır: 12-Introducer set (sheath,dilatör), 1 adet 18 G anjiyografik iğne, 1 adet 0.025 inch 145-150 cm ucu J curve paslanmaz çelik guidewire, 1 adet 3 yollu musluk, 1 adet kateter uzatması, basınç tubingi.
- 12-Kateter hastanemizde bulunan Datascope ve Arrow marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

Uzm.Dr.Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:140.255
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr. Veynel Özgür BARIŞ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes.No:157 864 - Uzm. Tes.No:120 558
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KORONER ANJİYOGRAFI SORUMLUSU
Gülperi DURMAZ