

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.01.2022

İhale Kodu :21106
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.01.2022** tarih saat **17:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| S.N | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1 | ENTERAL BESLENME POMPA SETİ,TORBALI | 2000 | Adet | | | | |
| Genel Toplam (KDV Hariç) | | | | | | | |

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmannın

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Adı | | Firma Yetkilisi |
| Adresi | | |
| Telefon | | Kaşe ve İmza |
| Faks | | |
| Vergi D.No | | |

ENTERAL POMPA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

3

1. Verilen setler peristaltik Enteral Beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır.
2. 1000ml kapasiteli beslenme torbası bulunmalıdır.
3. Setin kapak kısmı kilitli olmalıdır.
4. Setin ucunda tüm nazogastrik sondalara uyumlu konnektör bulunmalıdır.
5. Beslenme setinin üzerinde 100ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
6. Besleme seti serbest akışı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Besleme seti DEHP (dietileksil fitalat) içermemektedir.
8. Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır.
9. Beslenme ve yıkama torbaları ayrı olup cihaza orijinal bağlantısı sayesinde birlikte bağlanmalıdır.
10. 1000ml kapasiteli beslenme torbası ve 1000 ml kapasiteli yıkama solüsyonu torbası bulunmalıdır.
11. Beslenme setinin üzerinde 100ml aralıklı derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
12. Setin üzerinde hasta takip formunun konulması için bölme bulunmalıdır.
13. İhaleyi kazanan firma her 100 setle birlikte 1 (bir) adet aşağıdaki şartlara uyumlu pompa verecek ve setler bulunduğu süre zarfında konsinye olarak kalacaktır.
 - a) Enteral Beslenme solüsyonlarının setlerle hasta besleme tüplerine verilmesi amacı ile kullanılmalıdır.
 - b) Pompa istendiğinde yıkamalı yada yıkamasız setlerle çalışabilmelidir. Yıkamalı setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır.
 - c) Besleme ayarı saatte 1ml – 400ml arasında, 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
 - d) Yıkama sıvısı ayarı 10ml – 500ml arasında, 1ml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
 - e) Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir.
 - f) Dahili bataryası ile 125ml/saat besleme ayarında 15 saat çalışabilmelidir
 - g) Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir.
 - h) Pompa'nın kullanıcıyı yönlendiren bir ekranı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil değişik dil seçenekleri olmalıdır.
 - i) Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı olmalıdır.
 - j) Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir data girişinin olması gerekmektedir.
 - k) Hastaya verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini saklayabilmelidir.
 - l) Set dolmuş işlemi (Hava alma işlemi) kullanıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik olarak yapılabilir.
 - m) Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, başaşağı v.s.) besleme yapmaya devam edebilmelidir.
 - n) Biomedikal testlerin yapılabilmesine olanak sağlayan özel bir seti ve test modu bulunmalıdır.

Uzm. Dr. Sibel ASLAN

Yoğun Bakım Uzmanı

Dip.No: 5065 / Uzm.Tescil No: 1407

Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.
Sibel ASLAN
Dip. Tes. No: 0002491 / Uzm. Tes. No: 927
Anesteziyoloji / Reanimasyon Uzmanı

Ayşe UĞUR
Hemşire