

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.01.2022

İhale Kodu :21104
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.01.2022** tarih saat **17:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN	3400	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

HEMODİYALİZ ARTER-VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arter ve ven setlerinde drip chamber olmalıdır. Drip Chamber'ların her ikisinin üzerinde enjeksiyon portu olmalıdır. Ven Drip Chamber'inde pıhtı için filtre olmalıdır.
2. Arter setinde heparin hattı olmalıdır. Ven hattının ucunda atık serum fizyolojik için atık torbası ve torbanın bağlantı kısmında klemp olmalıdır.
3. Hem arter hem de ven Drip Chamber'larında klempli izolatör girişi bulunmalıdır. İzolatörler ya set üzerinde bulunmalı, sabit olmamalı ya da set sayısı kadar izolatör steril biçimde ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
4. Arter ve ven hattında numune ve enjeksiyon için yastık bulunmalıdır
5. Arter hattında pompadan önce arter yastığı bulunmalıdır.
6. Arter girişi ve ven çıkışında klemp bulunmalıdır ve klemler rahat ve tam kapanabilmeli, bükülebilir tırnak ayarlı ve tek elle kullanılabilir olmalıdır.
7. Ven drip chamber'ının üstündeki enjeksiyon portu ile hortum çapı birbirine yakın olmalı, portun çapı hortumun çapından dar olmamalıdır.
8. Arter ve ven setinin uçlarında diyalizörün ve fistül iğnelerinin bağlantı yerlerine uyumlu, sızıntı yapmayacak ve hava kaçırmayacak, emniyet adaptörleri bulunmalıdır.
9. Ven drip chamber'ı hasta girişi arasındaki hortumun uzunluğu $175\text{cm} \pm 10\text{cm}$ olmalıdır.
10. Ven drip chamber'la izolatör arasındaki hortumun uzunluğu $50\text{cm} \pm 5\text{cm}$ olmalıdır.
11. Arter yastığı ile hasta bağlantısı arasındaki uzunluk $150\text{cm} \pm 10\text{cm}$ olmalıdır.
12. Arter ve ven setinin bağlantı uçları ve klemler ayrı renkte olacaktır.
13. Arter ucunda İntra venöz spike (serum gidiş adaptörü) ve ven setinde sirkülasyon adaptörü bulunacaktır. Ayrıca spike ile serum fizyolojik bağlantısı arasında klemp, bağlantı hortumu olacaktır. Bu hortum ya set üzerinde bulunacak ya da set üzerinde yok ise set sayısı kadar steril olarak ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
14. Setlerin arter ve ven girişleri döner başlıklı olmalıdır.
15. Setler kan pompasını zorlayacak kadar sert, kan pompası tarafından ezilecek kadar ve katlanıp pasajın durmasına engel olacak kadar yumuşak olmamalıdır. Klemler kapatılıp açıldığında hortumun yapısı buna bağlı olarak deforme (ezilme, kırılma) olmamalı setler uygun yumuşaklıkta olmalıdır.
16. Setler kan pompasına uygun olmalı, kan dedektörlerine rahat takılabilmelidir. Set kan pompasına ve dedektörlerine bol veya dar olmalıdır.
17. Alınacak Arter-Ven setlerinin sterilizasyon yöntemi GAMMA veya BUHAR olacaktır.
18. Sterilizasyon süresi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
19. Setin ambalajı kağıt türevi malzeme içermemelidir. Setler transport ve depolama sırasında fiziki, kimyasal ve travma ile sterilizasyonu bozulması durumunda firma tarafından değiştirilmesi veya yeniden sterilizasyonu taahhüt edilmelidir.
20. Setler gebe ve emiziren hastalarda da güvenle kullanılabilir.
21. Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan setler tutanak karşılığı satıcı firma değiştirilmesini taahhüt edilmelidir.
22. Ünitimizde Gambro AK98 ve ve Fresenius 4008 serisi hemodiyaliz cihazları kullanılmakta olduğundan setler bu makinelere uyumlu olmalıdır

Uzm.Dr. Mehmet TUNCAI
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 115474 - 114897 - 10487
Gaziantep Dr. Fahri Ercan Eğitim ve Araştırma Hast.

Dr. Hikmet SEZER
Nefroloji Uzmanı
Dipl. Tes. No: 115474 - 114897 - 10487
Gaziantep Dr. Fahri Ercan Eğitim ve Araştırma Hast.

Hava ALİNTİ
(Diyaliz Uzmanı)

Yıl Sonu İşletim

Gül AKSU
...ve Mali İşler Müdür Yardımcısı
ciim Arslan Eski ve Akademi