

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.01.2022

İhale Kodu :21109
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.01.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| S.N | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1 | AORTA BİFEMORAL PANTOLON Y GREFT (MUHTELİF ÖLÇÜLER) | 10 | Adet | | | | |
| 2 | KARBON KAPLI RİNGLİ GREFT 7-8 CM X 70 CM | 20 | Adet | | | | |
| Genel Toplam (KDV Hariç) | | | | | | | |

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmannın

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Adı | | Firma Yetkilisi |
| Adresi | | |
| Telefon | | Kaşe ve İmza |
| Faks | | |
| Vergi D.No | | |

DACRON Y GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KNITTED-ÖRME)
(KALEM)

- 1- Polyester Dacron yapıda olmalıdır.
- 2- Graft Sızdırmamalı ve terlememelidir.
- 3- Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
- 4- Pre-Clotting gerektirmemelidir.
- 5- %100 doğal Bovine Collagen ile kaplı olmalıdır.
- 6- Formaldehid,Gluteraldehid gibi kimyasallar ihtiva etmemelidir.
- 7- Graft Knitted (örme) tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
- 8- İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için,greft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
- 9- Graft Pantolon Y şeklinde olmalıdır.
- 10- Graft Size 12*6mm'den başlayıp 24*12mm 'e kadar olmalı ve 50 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- 11- Kalite belgelerine haiz olmalıdır.
- 12- Sterilizasyonu Gamma steril olmalıdır.
- 13- Malzeme steril rjinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,lot numarası belirtilmelidir.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır.
- 14- Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır..

Op. Dr. Gökalp GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Doktorun Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

(Handwritten signature)

Karbon Kaplı Ringli ePTFE Vasküler Greft Teknik Şartnamesi,

KALEM

1. ePTFE (expandedpolytetrafluoroethylene)'den üretilmiş olmalıdır.
2. Greft karbon kaplı ve ince duvarlı olmalıdır.
3. Karbon üretim aşamasında greft bünyesine zerk edilmiş olmalı, böylelikle tıkanma riski en aza indirilmiş olmalıdır.
4. Greft tamamen ringli olmalı ve gerektiğinde çıkarılabilir yapıda olmalıdır. Ringler ince sarmal (small beading) özelliğinde olmalıdır.
5. Greftin üstünde ölçü alma kolaylığı ve doğru hat üzerinde yerleşim sağlamak amacıyla proksimalden distale kadar kesintisiz bir çizgi olmalıdır.
6. Greft dilatasyona uğramamalı ve sağlam yapıda olmalıdır.
7. Greft maksimum düzeyde inert ve biocompatible olmalıdır
8. Greft içinde doku gelişimine izin vermelidir
9. Teklif edilen greftin tercih olarak 6,7 ve 8 mm çapları olup uzunluğu 70 cm olmalıdır.
10. Greftle birlikte ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek organ ve doku yapışmalarını engelleyecek özellikte sıvı formda glucosamine monorimerine formunda bariyerlerde teslim edilecektir.

Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Teş. No: 71298
Uzun Teş. No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. MURAT KARI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 6813 - Teş. No: 10114 - İhtisas No: 104120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP