

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.01.2022

İhale Kodu :21216  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **27.01.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DSA OTOMATİK POMPA ENJEKTÖRÜ	Adet	200		
2	İNTRA AORTİK BALON KATETER SETİ	Adet	20		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## KR 2019 İNTRAAORTİK BALON KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kateter şaftının ve balonun çapı en fazla 8 Fr olmalıdır.
- 2- Balon kateteri şaftı ile balon membranı (açılmamış halde iken) arasında kalınlık farkı olmamalıdır.
- 3-Balon ucu sheathless kullanım sırasında damar yapısını bozmamalıdır.
- 4-Balon kateteri hastaya herhangi bir sheath kullanmadan (sheathless) yerleştirilebilmelidir.
- 5-Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler olmalıdır.
- 6-Sheath uzunluğu 6 inch olmalıdır ve üzerinde kanamayı engellemek için hemostatik valvi bulunmalıdır.
- 7- Balon kateterin üzerinde kateterin hasta dışında kalan bölümünün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu plastik kılıf olmalıdır.
- 8-Balon çift kaplı steril paketinde olmalıdır.
- 9- İntroducer set ile balon ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 10-Balon hacmi 40 cc olmalıdır.
- 11-Balon ile verilecek yerleştirme kiti şu aksesuarlardan oluşmalıdır:
- 12-İntroducer set (sheath,dilatör), 1 adet 18 G anjiyografik iğne, 1 adet 0.025 inch 145-150 cm ucu J curve paslanmaz çelik guidewire, 1 adet 3 yollu musluk, 1 adet kateter uzatması, basınç tubing.
- 13-Kateter hastanemizde bulunan Datascope ve Arrow marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.**

Uzm.Dr.Sedat SAKALLI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dışişleri Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KORONER ANJİYOGRAFI SORUMLUSU  
Gülneri TÜRMEZ

Stacy Kordovan  
EC2 Kordovan  
Stacy

## KR2056 POMPA ENJEKTÖRÜ 150ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 150 cc hacminde plastikten yapılmış ve disposabl olmalıdır.
- 2-Ucunda luer için kilit bulunmalı ve ara konnektör vasıtasıyla anjiografi kateterleri ile uyumlu kullanılabilmelidir.
- 3-Yoğunluğu yüksek opak madde pistonun hareketini engellememelidir.
- 4-Kateter laboratuvarımızda bulunan otomatik pompa cihazları ile uyumlu olmalıdır.

*Uzm. Dr. Sedat SAKAL*  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KORONER ANJİYOGRAFI SORUMLUSU  
Gülneri TURMAZ

*Sabir Karabem*  
*Eca. Koşaklı*  
*SD*