

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.01.2022

İhale Kodu :21218
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **28.01.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RF ENJEKSİYON ELEKTROD ISI KONTROLLÜ DİSPOSABLE(TEK KULLANIMLIK)	Adet	100		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

ISI KONTROLLÜ RF ENJEKSİYON ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrot kaplaması yüksek dereceli ısıya dayanıklı tıbbi teflon izoleli olmalıdır.
2. Elektrot koruyucu bir tüp içerisinde olmalıdır.
3. Kontaminasyon riski oluşmaması ve duyuşsal ve motor sinir uyarımı alındıktan sonra elektrotun yerinden oynatılmaması için aynı anda sıvı enjeksiyonunu da mümkün kılan en az 25 cm (± 2) enjeksiyon line bulunmalıdır.
4. Elektrot yerleşik bir termokupl sıcaklık sensörü ile donatılmış olmalıdır.
5. Steril alanın korunması için elektroda bağılı ısı iletim hattı en az 70 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Elektrot; faset eklem denervasyonlarında, dorsal root gaglion, sempatik, periferik bloklarda suprascapular, intraartiküler, sakroiliyak eklem, trigeminal nevralsi, vb... Radyofrekans enerjisi ile uzun süreli ağrı tedavisi sağlamak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
7. Elektrotu temin edecek firma; aşağıda ölçüleri ve özellikleri belirtilen tüm ürünleri tedarik edebilmeli, kliniğın istediğı ölçü ve özelliklerde teslim edebilmelidir.

ELEKTROT UZUNLUĞU	ELEKTROT KALINLIĞI	ELEKTROT AKTİF UÇ	ELEKTROT ÖZELLİĞİ
60 mm	22G	5mm	Düz keskin uçlu
60 mm	21G	10 mm	Düz keskin uçlu
100 mm	22G	5 mm	Düz keskin uçlu
100 mm	21G	10 mm	Düz keskin uçlu
150 mm	20G	5 mm	Düz keskin uçlu
150 mm	20G	10 mm	Düz keskin uçlu
200 mm	23G	5 mm	Düz keskin uçlu
60 mm	21 G	5mm	Düz keskin uçlu ekojenik
100 mm	21 G	5 mm	Düz keskin uçlu ekojenik
60 mm	21 G	10 mm	Eğri keskin uçlu
100 mm	20 G	10 mm	Eğri keskin uçlu
150 mm	20 G	10 mm	Eğri keskin uçlu
50 mm – 150 mm	23G	0-20 mm	Künt uçlu yanal açık

8. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
9. Sağlık Bakanlığı, ÜTS kaydı olmalıdır.
10. Ürünleri teslim edecek firma elektrot setlerinin birlikte kullanılacağı aşağıdaki özelliklere sahip Jeneratörü temin etmelidir.
 - Jeneratör ağrı tedavisi için tasarlanmış olmalıdır.
 - Jeneratör aynı anda 3 elektrotu kullandırma olanağına sahip en az 3 kanallı olmalıdır.
 - Jeneratör işlem sırasında firma personeli tarafından kurulmalı ya da firma hastane personeline eğitim vermelidir.
 - Firma Jeneratör için ek ücret talep etmemelidir.
 - Jeneratörün Sağlık Bakanlığı onayı ve ÜTS Kaydı olmalıdır

En+lotire
CANPOTAT
FS

Uzm. Dr. Cile AKTAN
Cerrahisi (2021) Uzmanı
Diyadinin (2021) Uzmanı
Gözetim ve Kontrol Kurulu Üyesi
Siyah ve Anestezoloji Uzmanı