

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26.01.2022

İhale Kodu :21237  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **28.01.2022** tarih saat **10:00** kadar [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMOSTATİK VALF Y KONNEKTÖR SETİ	2000	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## KR1145 Y KONNEKTÖR SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

### Y KONNEKTÖR

1-Distal ucu ile katetere bağlanan, diğer ucunun içerisinde guidewire ile balon ve stent geçmesine izin verecek şekilde genişletilebilecek ve gerektiğinde sıkıştırılabilecek buton sistemi olan, üçüncü yolla konnektöre bağlanan kısa line ile Y şeklinde olmalıdır.

2-Şeffaf ve dayanıklı sert plastik materyalden yapılmış, uç kısmı rotating adaptörlü olmamalı aç-kapa şeklinde butonlu olmalı, hemostatik valvi kan ve sıvı sızışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş, 800 PSI basınca dayanıklı, 0.014 inch guidewire kullanımına uygun olmalıdır.

### TORQUER

1-0.010 inch'den 0.045 inch'e kadar değişen tüm ölçüdeki kılavuz teller için, telin ucunun kontrollü manüplasyonunu sağlayan yapıda olmalıdır. "Over the wire" yapıda olmalıdır.

2-Dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.

3 Düşük ışık altında görünümü kolaylaştıran parlak renkte olmalıdır.

### PTCA TEL İÇİNE

1-İçinden 0.014 " guidewire kolayca, deforme olmadan ve takılmadan geçebilmeli ve Y adaptör içine yerleştirilebilmelidir.

2- En az 15 cm uzunlukta olmalıdır. Y konnektörden kolay geçebilmeli ve konnektör fonksiyonunu bozmamalıdır.

3-Lümen çapı guide ile hemorajiye müsaade etmemelidir.

4-İç lümeni pürüzsüz ve ucu künt boru şeklinde paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.

Dr. Serdar Arslan  
Koronary Anjiyografi Uzmanı  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kardiyoloji Uzmanı

KORONER ANJİYOGRAFİ UZMANI  
Gülneri DURMAZ

Dr. Serdar Arslan  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Kardiyoloji Uzmanı