

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26.01.2022

İhale Kodu :21236
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **28.01.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ASPIRASYON SETİ KES-TAK KONNEKTÖRLÜ YANKAUER	1040	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

YANKAUER ASPİRASYON SETİ STANDART UÇLU - VAKUM KONTROLSÜZ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Yankauer aspirasyon seti yumuşak, bükülmeye karşı dirençli bir hortumdan yapılmış olmalıdır.
2. Yankauer aspirasyon setinin hortumunun ucunda yankauer aspirator ucu bulunmalıdır.
3. Aspirasyon setinin hortum uzunluğu 210 cm olmalıdır.
4. Aspirasyon setinin hortum çapı 24 ch (Ø 5.6 x 8.0 mm) olmalıdır.
5. Yankauer aspirasyon setinde kes-tak kesilebilir bağlantı konnektör bulunmalıdır.
6. Aspirasyon setindeki aspirator ucu standart, vakum kontrolsüz ve 4 yan delikli olmalıdır.
7. Yankauer aspirasyon ucu ergonomik, sert, dayanıklı ve tek parça tasarıma sahip olmalıdır.
8. Yankauer aspirasyon ucu güçlü doku retraksiyonu yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Yankauer aspirasyon ucu akışı engellemeyen 6.35mm (1/4") ve 9.50 mm (3/8") geniş iç çapa sahip olmalıdır.
10. Yankauer aspirasyon setinin hortumu ve konnektörü medikal nitelikte DEHP içermeyen PVC malzemeden olmalıdır.
11. Yankauer aspirasyon ucu SB-Stiren butadien hammeddesinden üretilmiş olmalıdır.
12. İstenildiğinde Ø 9.5 x 14.3 mm çapında, bağlantı konnektörsüz modeli de mevcut olmalıdır.
13. Yankauer aspirasyon seti lateks içermemelidir
14. Yankauer aspirasyon seti tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
15. Raf ömrü beş yıl olmalıdır.
16. EN ISO 13485 belgesine sahip GMP kurallarına uygun üretim alanında üretilmiş olmalıdır.
17. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır

Özge OKAN SALICI
Ameliyathane Sorumlusu

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
El Cerrahi Uzm.
Bip. Tes. No: 128652

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Dip. Tes. No: 138282
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi