

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.02.2022

İhale Kodu :21285  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 04.02.2022 tarih saat 17:00 kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül ARSU  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDO VASKÜLER AORTİK STENT GREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)(KV4000)	1	Adet				
2	ABDOMİNAL AORTİK STENT GREFT KARŞI BACAK ANA GÖVDE İLE UYUMLU	2	Adet				
3	ABDOMİNAL AORTİK ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK , PTFE'Lİ STENT GREFT/ ABDOMİNAL AORTİK ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK SUPRARENAL KANCALI STENT GREFT/ ABDOMİNAL AORTİK, ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK, SUPRARENAL HİDROFİLİK STENT GREFT	1	Adet				
4	KATETER YABANCI CİSİM YAKALAMA KEMENT PERİFERİK (KV1240)	1	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

**KV4000 / GR3000 / KR3000/ ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT  
(EVAR) UYGULAMASI MALZEMESETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)**

**KV1183 / GR1165 / KR1206 - STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, ANA GÖVDE VE  
İPSİLATERAL BACAĞI,PTFE'Lİ**

1. Stent Greftkendiliğindengenişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
2. Stent materyaliNitinololmalıdır.
3. StentGreftinproksimalinde çıplak flareleriolmalıdır.
4. Proksimal için 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm ve 36 mm çapseçenekleriile 110mm, 120mm, 130mm ve 140mm uzunlukseçenekleriolmalıdır.
5. Taşıyıcı sistem hidrofiliikkaplı olmalıdır.
6. Teklif verilen markanın Torasik ve AortaUniilyakStentGraft sistemleri de bulunmalıdır.
7. Uluslar arası kabul görmüşkalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (İSO, FDA,CE)

**Op. Dr. Murat ARI**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 6813 - Tescil No: 1124 - İhtisas No: 104120  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

**Op. Dr. Ceralecini I.**  
Kalp Damar Cerra.  
Dip. Tescil No. 93702

**Op. Dr. Müslüm POLAT**  
Kalp-Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 408 İht. No: 1041830/197 Sici No: 53770  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi GAZİANTEP

## KV1240 Tek İlmekli Makro Yakalama Sistemi Teknik Şartnamesi

1. Yakalama sistemi, bir kateter ve tek ilmekli bir kementten(snare) oluşmalıdır. Kement şaftı üzerinde bulunan bir tutamak sayesinde konumlandırma kolay yapılabilmelidir.
2. Malzemenin endovasküler ve non-vasküler kullanım için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
3. İlmek, kırılmaya dayanıklı, yüksek biyolojik uyumluluğa sahip, mükemmel radyo-opak özellikte olmalıdır.
4. Esnek Nitinol şaft sayesinde bükülmeye direnç gösterebilmelidir.
5. Şaft ile ilmek arasında doksan derecelik açı olmalı, bu sayede yabancı malzeme yakalanması ve kontrolü kolay olmalıdır.
6. Kateterin ucunda radyo-opak bir bant olmalı, böylelikle sistem floroskopi altında kolay izlenebilmelidir.
7. Snare şaft uzunluğu 120cm olmalıdır. Şaftı 120cm olan yakalama sisteminin, 100cm uzunluğunda kendi kateteri olmalıdır.
8. İlmeği 10mm olan yakalama kateter çapı 4Fr'ten, ilmeği 15mm, 20mm ve 30mm olan yakalama kateter çapı ise 6Fr'ten büyük olmamalıdır.
9. Tüm malzemeler, kateter ve kement, tel ile tek bir paket içinde, steril olarak teslim edilmelidir. Steril malzeme en az bir yıllık miatlı olmalıdır.
10. Malzemenin CE onayı, UBB kaydı bulunmalıdır.

**Opr. Dr. Murat ARI**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 813 / Tes. No: 11244 / İhtisas No: 104120  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

**S.A.Ş. T.C.**  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araş. Has.  
**Op. Dr. Celalettin KAVIRAN**  
Kalp Damar Cerrahisi  
Dip. Tescil No. 93702

**Opr. Dr. Mustafa POLAT**  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 408 / Tes. No: 11244 / İhtisas No: 83378  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi GAZİANTEP

**KV4000 / GR3000 / KR3000/ ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT  
(EVAR) UYGULAMASI MALZEMESETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)**

**KV2029 / GR2040 / KR2023 - STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, KARŞI BACAK,  
ANA GÖVDE İLE UYUMLU**

1. Stentkendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
2. Stent materyali nitinol olmalıdır.
3. Distal çap seçenekleri 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm olmalı ve 40mm , 60mm, 80mm, 90mm, 100mm ve 120mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
4. Kullanılacak malzeme ana gövde ile aynı marka olmalıdır.
5. Taşıyıcı sistem hidrofili kaplı olmalıdır.
6. Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (İSO, FDA,CE)
10. Tekli steril ambalajında teslim edilmelidir.

**Opr. Dr. Murat ARI**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No:6813 - Tes. No:1114 - İhtisas No:104120  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

**Op.Dr. Celalettin KAYIRAN**  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tescil No. 93702

**Opr. Dr. Mustafa Kemal POLAT**  
Kalp-Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip No:408 İht. No:1114 İhtisas No:53377  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
GAZİANTEP