

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.02.2022

İhale Kodu :21308  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarının cevaplarının Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.02.2022** tarih saat **14:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKŞU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NAZOGASTRİK SONDA (MUHTELİF NUMARALAR.)	Adet	1600		
2	ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 1,5 M	Adet	7200		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## NAZOGASTRİK KATETER-LEVİN TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Nazogastrik sonda giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.
2. Nazogastrik sonda bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
3. Nazogastrik sonda travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
4. Nazogastrik sondada doku emilmesini önleyen çapraz dört yan delik bulunmalıdır.
5. Beslenme kateterinde x-ray görünürlüğüne sahip radyopak çizgi olmalıdır.
6. Nazogastrik sonda üzerinde derinlik işaretleri bulunmalıdır.
7. Nazogastrik sonda renk kodlu funnel konnektöre sahip olmalıdır.
8. Nazogastrik sonda 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ch boyutlarında mevcut olmalıdır.
9. Nazogastrik sondanın uzunluğu 123 cm olmalıdır.
10. Nazogastrik sonda medikal nitelikte DEHP içermeyen PVC malzemeden olmalıdır.
11. Nazogastrik sonda lateks içermemelidir
12. Nazogastrik sonda tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
13. Raf ömrü beş yıl olmalıdır.
14. EN ISO 13485 belgesine sahip GMP kurallarına uygun üretim alanında üretilmiş olmalıdır.
15. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır

Yerya Çukur  
Yoğun Bakım  
Uzman Hemşire

Acil. son Her  
Derya Çukur

Batikan ELMAS  
Hemşire

Uzm. Dr. Yemliha AKSOY  
Acil Tıp Uzmanı  
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araş. Hast.  
Dip. No: 644



## ALÇI ALTI PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01) Sentetik pamuk non-woven (dokuma olmayan ) yapı yapıştırıcı kullanılmadan homojen şekilde oluşturulmuş olmalı.
- 02) Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulunmamalıdır.
- 03) Sentetik pamuk viscon poliester veya iki cins fiberin karışımından yapılmış olmalı.
- 04) Sentetik pamuk kullanılan fiberlerin ortalama boyu en az 20 (yirmi) mm olmalı.
- 05) Sentetik pamuk en az 80 (seksen) g/m2 gramajında olmalı.
- 06) Sentetik pamuk X ışınlarını geçirmeli, röntgen çekilebilmelidir.
- 07) Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır.
- 08) Alçı altı pamuğu boyu 150 cm olmalıdır.
- 09) Alçı altı pamuğu boyu  $\pm 5$  ( artı - eski beş ) santimetre toleransları içerisinde olmalıdır.
- 10) Alçı altı pamuğu eni 5-10-15-20 cm olmalıdır.
- 11) Alçı altı pamuğu eni  $\pm 0,2$  ( artı - eksi iki ) santimetre toleransları içerisinde olmalıdır.

Yeryüzü  
Genel Yönetim Bak.  
Sorumlu Hemşire

Ail. 551. Her  
Deyiş  
Gehr

Orden Protokol  
Dr. Fehmiye  
Ail.

Uzm. Dr. Feriyye AKSOY  
Acil Tıp Uzmanı  
Dr. Ersin Arslan EĞİT. ve Araş. Hast.  
Dip. No: 641