

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.02.2022

İhale Kodu :21309
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir onayma ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.02.2022**tarih saat **14:00**kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 120CM	Adet	10000		
2	UZATMA HATTI 1200 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 100CM	Adet	2000		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

**KV1217 UZATMA HATTI
800 PSI BASINCA DAYANIKLI (PRESSURE LINE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hortum sert Medical Grade Polivinilklorür (PVC)'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Pressure line'nın iç çapı 1.5 mm, dış çapı 3.0 mm olmalıdır.
3. Pressure line'lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.
4. Pressure line'lar nontoksit ve Apirojen yapıda olmalıdır.
5. Pressure line'lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Lüerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
6. Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
7. Line hattının boyu en az 100cm olmalıdır.
8. Line hattının bağlantı ucu m/f ve m/m olmalı ve ürünlerin bir kısmı m/m uç özellikli olanlardan temin edilecektir.

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Sip. Tes. No: 110255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KORONER ANJİYOGRAFI VE KATETERİZASYON UZMANI
Görmesi DURMAZ

Dcker Karabura

**KV1218 UZATMA HATTI
1200 PSI BASINCA DAYANIKLI (PRESSURE LINE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hortum sert 83 bar (1200 PSI) basınca dayanıklı Medical Grade Polivinilklorür (PVC)'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Pressure line'nın iç çapı 1.7 mm, dış çapı 4.9 mm olmalıdır.
3. Pressure line'lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.
4. Pressure line'lar nontoksit ve Apirojen yapıda olmalıdır.
5. Pressure line'lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Luerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
6. Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
7. LİNE HATTININ BOYU EN AZ 100CM OLMALIDIR.

Uzm. Dr. Sıdat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 111255
Dr. Erhan Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KORONER ANJİYOGRAFİ SORUMLUSU
Gülperi DURMAZ

Okker Kerobero