

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.02.2022

İhale Kodu :21310
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.02.2022**tarih saat **14:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ÜRETEROSKOP FLEKSİBLE TEK KULLAMINLIK	Adet	5		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
MÜCAHİTLER EK HİZMET BİNASI

ÜRETEROSKOP, FLEKSİBLE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Hastanemiz ameliyathanesinde üroloji vakalarında kullanılmak üzere 5 adet **ÜRETEROSKOP, FLEKSİBLE** cihazı istemi işlemi konu alır.

GENEL AÇIKLAMA:

- A- Endoskobun distal ucunda LED lamba ve CMOS çip bulunmalıdır. LED lambanın aydınlatma şiddeti 5000 lux olmalıdır.
- B- Kamera çözünürlüğü 400x400 piksel olmalıdır.
- C- Görüş yönü 0°, görüş açısı 105° olmalıdır.
- D- Alan derinliği 3-100 mm olmalıdır.
- E- Çalışma uzunluğu 650 mm olmalıdır.
- F- Toplam uzunluğu 920 mm olmalıdır.
- G- Defleksiyon açısı aşağı/yukarı 275°/275° olmalıdır.
- H- Endoskop kalınlığı 8.5/9.3 Fr. olmalıdır.
- İ- Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
- J- Aspirasyon-İrrigasyon kanalı bulunmalıdır.
- K- Cihazın kullanım süresi 8 (sekiz) ve/veya 10 (on) saat olmalıdır.
- L- Cihazların yanında video prosesör ile monitör de verilecektir.
- M- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Yusuf İnce
Sağ. Mem.
Yusuf İnce

Op.Dr. Mehmet Sinan ATKIN
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.No:14809 Dip.Tes.No: 133986

Op.Dr. Asaf KEMERBAĞ
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.No:115196