

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.02.2022

İhale Kodu :21315  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.02.2022** tarih saat **14:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinhale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	Adet	1		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**MOBİL RÖNTGEN CİHAZI İÇİN BATARYA / AKÜ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Fujifilm marka FDR GO2 MOBİL RÖNTGEN cihazına uyumlu olmalıdır. Yüklenici firma 16 adet AKÜ parçasının montajını yapacaktır.
2. AKÜ yedek parçası FDR GO2 MOBİL RÖNTGEN sistemine tam uyumlu olmalıdır.
3. AKÜ parçası FDR GO2 MOBİL RÖNTGEN cihazının gerekli işlemlerini sağlayarak cihazın işlemlerini aksatacak, neden olacak hatalara sebep olmamalıdır.
4. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.
5. Parçanın çalışırılığı yetkili personel tarafından test edilecektir.
6. AKÜ yedek parçası uzun ömürlü, yüksek performanslı, kalite vb. olduğunu belgeleyen Uluslararası geçerliliği olan EUROBATT sertifikasına sahip olmalıdır.
7. AKÜ yedek parçası ISO 9001 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
9. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir.

Batıkan **ELMAS**  
Hemşire

*elmaz*

**Uzm. Dr. Başak KILIÇ**  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 152610 Uzm. Tes. No: 129345  
Gaziantep Dr. Ersin ARSLAN  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Uzm. Dr. Gülten KOEGER**  
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.  
Dip. Tes. No: 86684-3005  
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi