

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7.02.2022

İhale Kodu :21321
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren istekçilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 07.02.2022 tarih saat 17:00 kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| S.N | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 1 | TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)(KR3001) | 1 | Adet | | | | |
| 2 | TORASİK AORTİK STENTGREFT, KISA | 1 | Adet | | | | |
| 3 | KV 1190 STENTGREFT, AORTİK, TORASİK, ORTA (11-19CM),TÜM ÖZELLİK | 1 | Adet | | | | |
| 4 | TORASİK AORTİK STENTGREFT, UZUN / TORASİK STENT GREFT | 1 | Adet | | | | |
| 5 | STENT, AORTİK, NİTİNOL, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN(KR1215) | 1 | Adet | | | | |
| 6 | STENT, AORTİK, NİTİNOL, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, DİSEKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE(KR1216). | 1 | Adet | | | | |
| Genel Toplam (KDV Hariç) | | | | | | | |

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

| | |
|---------|-----------------|
| Adı | Firma Yetkilisi |
| Adresi | |
| Telefon | Kaşe ve İmza |

**KR3001 – KR1212- KR1213- KR1214 – KR1215 – KR1216 TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK
STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)**

1. Stent materyali nitinol , stent greft iç yüzeyi e PTFE dual membrane olmalıdır.
2. Stent Greft proksimalinde çıplak Flare'leri olmalı, bu flareler sayesinde proksimal sealing ve fiksasyon sağlanmalıdır.
3. Torasik Aorta Diseksiyon ve Anevrizmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Torasik Stent greftin en küçük çapı 20mm ,en büyük çapı 46mm olmalıdır.
5. Torasik Stent greftin tüm çapları için 40-60-80-100-120-140-160-180-200 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
6. Taşıyıcı sistem hidrofilik kaplı olmalıdır.
7. Teklif edilen malzeme CE belgelerine sahip olmalıdır.



Uzm.Dr.Fatih Poyraz
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes.No:114436
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm.Dr. Veysel Özgür BARIŞ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:157 664 - Uzm. Tes.No:120 558
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr.Selçuk SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes.No:110255
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi