

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.03.2022

İhale Kodu :21483  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlar da sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.03.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKŞU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VAKUMLU YARA DRENAJ SİSTEMİ DREN 400 ML TEK TROKARLI 12-14 F	350	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## HEMOVAC DREN TEKNİK ŞARTNAMESİ (muhtelif numaralar)

- 1.1. Malzemenin körüklü hazinesi 400ml +-4ml sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.
- 1.2. Malzeme her alım için istenilen niteliklerde ve kateter ucundan itibaren 14.cm lik kısmı delikli olmalıdır.
- 1.3. Hazne ile kateteri birleştiren hortumun ucunda kademeli,ucu kapalı konektör ve hortum üzerinde bir adet klemp bulunmalıdır.
- 1.4. Körüklü hazne sıkıştırıldığında negatif basınç oluşmalıdır.
- 1.5. Hemovac, hortum, katater ve diğer aksesuarlar sterilizasyon tekniğine uygun olarak ambalajlanmış ve steril edilmiş olmalıdır.
- 1.6. Körüklü hazne sıkıştırıldığında lateks bantlı valfi sayesinde içindeki hava kolayca boşabilecek şekilde olmalıdır.
- 1.7. Kateter ile iğne ucu arasında ciltten geçişi güçleştirmemesi için 2 mm den büyük ve çap farklılığı olmayacaktır.
- 1.8. Hemovac setinin içinde redon katater ve hortum ucunda da kademeli konnektör bulunmalıdır.
- 1.9. İğne dokudan kolay geçecek şekilde ve paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 1.10. Ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler ve sterilizasyon bilgisi bulunmalıdır.
- 1.11. Numuneler ürünü kullanacak birim tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

12 f tekli ve çiftli  
14 f tekli ve çiftli  
16f tekli ve çiftli

Op.Dr. **İsmail GÜRER**  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 25110 Tescil No: DR 21702  
Dr.Ersin Arslan Eğitim Hastanesi

Op. Dr. **Zekeriya SAYIN**  
Genel Cerrahi Uzm.  
Diploma No: T92 581  
Tescil No: 66112 5472  
Dr. Ersin Arslan E. A. Hastanesi

T.C.S.B. Gaziantep Dr.Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Opr. Dr. **Meltem Vakıf KESKİNBİÇKİ**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.  
El Cerrahi Uzm.  
Dip. Tes. No : 128652