

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.03.2022

İhale Kodu :21489
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlar da sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.03.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CRRT DİYALİZ İÇİN REJİYONEL SİTRAT ANTIKOAGÜLASYON SOLÜSYONU	80	Adet				
2	CRRT DİYALİZ SOLÜSYONU 5000 CC	200	Adet				
3	CRRT SOLÜSYONU BİKARBONATLI KALSİYUMSUZ	200	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

1

SİTRAT ANTİKOAGÜLASYONLU SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ İÇİN SİTRAT SOLÜSYONU

1. Solüsyonlar tam kan antikoagülasyonu için sürekli renal replasman tedavilerinin bir parçası olarak kullanılabilir.
2. Her litre solüsyon 136 mmol sitrat içermelidir.
3. Solüsyonlar 1,5 litrelik torbalarda olmalıdır.

Uzm.Dr.Mehmet TUNCAY
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:115445 - 114950 - 10487
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Dr.Esin YARDIM
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tes.No: 145301
Dr.Ersin Arslan E.A.H.

Uzm.Dr.Emine AKGÜL
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 115445 - 114950 - 10487
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

HEMOFİLTRASYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Karıştırılmış solüsyonun içeriği her 1 litre için aşağıdaki gibi olmalıdır.

Na ⁺	140 mMol / L
K ⁺	1,5-2 mMol / L
Ca ⁺⁺	1,75-2.0 mMol / L
Mg ⁺⁺	0,5-0.75 mMol / L
Cl ⁻	108-111,5 mMol / L
HCO ₃	32-35 mMol / L
C6H12O6 *H2O	5,55-6,1 mMol / L
Osmolarite	297 mosm/L

23. Solüsyonlar 5,0 litrelik çift bölme torbalarda olmalı ve kullanım öncesi iki bölme birbirine karıştırılarak kullanılmalıdır.
24. Karışmış solüsyon stabilitesini en az 24 saat korumalıdır.
25. Solüsyon 25 °C yi aşmayan koşullarda saklanmalıdır.
26. Solüsyonlar fosfat da içerebilir. Fosfat içeriyorsa 1 mmol/L'yi geçmemelidir.
27. Solüsyonların raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıl olmalıdır.
28. CE belgesine sahip olmalıdır

Uzm.Dr.Mehmet TUNÇAY
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip.Tes.No:115445 - 114950 - 10487
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Uzm.Dr.Esin YARDIM
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tes.No: 145905
Dr.Ersin Arslan E.A.H.

Uzm.Dr.Özlem ERGÜL
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tes.No: 61568 - 179091
Nefroloji ve Dahiliye Uzmanı
Dr.Ersin Arslan Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hast.

SİTRAT ANTİKOAGÜLASYONLU SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ İÇİN KALSİYUM İÇERMEYEN DİYALİZ SOLÜSYONU

1. Her litre solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlarda elektrolit bulunması gereklidir.

Na ⁺	133	mmol/L
Mg ⁺⁺	0.75	mmol/L
Cl ⁻	116,5 – 118,5	mmol/L
HCO ₃	20	mmol/L
Glukoz	1	g/L
K değeri	2	mmol/L

2. Solüsyonun içeriğinde Kalsiyum ve Laktat bulunmamalıdır.
3. Solüsyonlar 5 litrelik çift bölme torbalarda olmalıdır.
4. Karışmış solüsyon stabilitesini en az 48 saat korumalıdır.


Uzm. Dr. Mehmet TUNCAY
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 115445 - 114850 - 10487
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.


Uzm. Dr. Ersin Arslan
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 145305
Dr. Ersin Arslan E.A.H.


Uzm. Dr. Ersin YARDI
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 145305
Dr. Ersin Arslan E.A.H.