

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7.03.2022

İhale Kodu :21563
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **11.03.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÇİFT HATLI, TEK ÇIKIŞLI (GR1256-KR2062)	2000	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

KR2062 BAĞLANTI SETİ, OPAK MADDE İÇİN, VALFLİ, ÇİFT HATLI, TEK ÇIKIŞLI (GR1256-KR2062) SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Set üç yollu manifold, koroner el enjektörü, uzatma basınç line ve serum setinden oluşmalıdır. Manifold üzerine basınç hattı ve serum seti monteli olmalıdır.

- 1-Koroner el enjektörü 12-15 cc'lik, 2 cc stoperli, basınca dayanıklı, şeffaf, hazne kısmında 2 adet ve piston proksimalinde ise 1 adet yumuşak parmak geçirme halkası olmalıdır. Erkek luer lock ve rotating adaptörü olmalıdır. Piston hareketi ve kayganlığı iyi olmalıdır
- 2-Üç yollu manifold en az 500 PSI basınca dayanıklı, yan tarafından üç çıkışlı, her çıkış için 3 yollu rotasyonel adaptörlü, kapalı yön işaret veya yazı ile belirtilmiş, şeffaf ve tek parça yapıda olmalıdır. Laminar sıvı akışına uygun olmalıdır. Entegre luerlock konnektörlü olmalıdır. Sağ el kullanımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Muslukları kolaylıkla dönmelidir. Basınç line ve serum seti manifold kite bağlantı yuvası tam oturmalı hava yapmamalı ve yerinden işlem sırasında ayrılmamalıdır.
- 3-Uzatma basınç line 800PSI basınca dayanıklı şeffaf renkte çok yumuşak olmayan sert yapıda 135-150cm uzunluğunda olmalıdır.
- 4- Set Steril paketlerde non-pyrojenik tir.
- 5- Paketler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.
- 6-Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olup ihale dosyasına eklenmelidir.
- 7-Manifolfta bağlanan el enjektörü, basınç line ve serum seti sistemde hava oluşturmamalıdır.

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 710255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ökçe KARABURAN
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaç ve Tıbbi Sarf Birimi Koordinatörü

KORONER ANJİYOPLASTİ
GİRİŞİMİ UZMANI