

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.03.2022

İhale Kodu :21681
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturalarda malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **25.03.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FIJİFİLM RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ(YEDEK PARÇA MAL ALIMI HARİÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ)	Adet	1		
2	FIJİFİLM RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ(YEDEK PARÇA MAL ALIMI HARİÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ).	Adet	1		
3	FIJİFİLM MAMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMETİ(YEDEK PARÇA MAL ALIMI HARİÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ)	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
(YEDEK PARÇA/ MAL ALIMI HARİÇ, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Periyodik Bakım Yapılacak Tıbbi Cihazlar

CİHAZ	MARKA	MODEL	SERİ NO	KÜNYE NO
RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ	FUJIFILM	FCR GO2	56300695	1009419818
RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ	FUJIFILM	FCR GO2	36650036	1009419819
MAMOGRAFI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ	FUJIFILM	PGR MS-3500	K325457	1009923547

1. İŞİN TANIMI:

Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi muhtelif birimlerinde kullanılan ve yukarıda belirtilen cihazların yıllık periyodik bakım ve onarım işidir.

2. ŞARTNAMESİNİN KAPSAMI:

- 2.1.1 Bakım hizmeti, düzenli koruyucu bakım, tam bakım, kalibrasyon, arıza giderimi (onarım) gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemlerini kapsamaktadır.
- 2.1.2 Firma, bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.
- 2.1.3 Herhangi bir kısmında arıza olması halinde, durumu mesai saatleri dâhilinde (Pazartesi - Cuma 09.00 – 18.00) arası, Resmi Tatiller ve Bayramlar hariç yüklenici firma telefon, e-mail ve faksa bildirilecektir.

3. GENEL ONARIM VE PERİYODİK BAKIM KAPSAMI:

- 3.1 Firma teknik elemanları sözleşme süresi içerisinde normal mesai saatleri içerisinde (hafta içi 09:00 ile 17:00 arası) üreticinin test prosedürlerine uygun olarak cihazların genel bakımın ve arıza müdahale işlemlerini yapacaktır. Resmi tatil günlerinde Cumartesi-Pazar günleri gelinmeyecektir.
- 3.2 Arızalı olsun yada olmasın sözleşme süresi içinde 3 ayda bir 12 Ayda toplam 3 (üç) defa cihazın genel bakımları yapılacaktır.
- 3.3 Bakım Onarımı yapacak firma tek yetkili firma olup ilgili yetki belgelerini sunabilmelidir.
- 3.4 Firma, sisteminin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.
- 3.5 Yükleyici firma cihazların ilk bakımlarını işin yükleyiciye verildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapacaktır.
- 3.6 Firma öncelikle arızalı parçanın onarımı yoluna gidecek, eğer parçasının onarımı mümkün değilse Kurumdan yenisini almasını talep edecektir.
- 3.7 Yükleyici firma cihazların arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini ve orijinal teknik şartnamesini hastane idaresine firmaların açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle birlikte verecek, arızalı parçalar kurum onayı alındıktan sonra değiştirilecektir.
- 3.8 Bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçaların yerine orijinal parçalar kullanılacaktır. Değişmesi gereken parça ve sarf malzemeler idare tarafından tedarik edilecek, değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine tutanakla teslim edilecektir. Exchange statüsünde olan parçaların exchange bedelleri arıza durumunda

Mustafa KARABACI
Radyoloji Sorumlu Teknikeri

Sohm Onadi efu
kod Zekeri

Zübeide
Temüroglu

- bildirilecektir. Sözleşme sırasında ileride ihtilaf yaşanmaması açısından yedek parça fiyat listesi yetkili kurum sorumlusuna teslim edilecektir.
- 3.9 Bakım ve kontrollerden sonra firma teknisyeni tarafından düzenlenerek imzalanmış SERVİS FORMU ile birlikte ekinde bir suret Test prosedürlerine uygun Türkçe yazılmış "KORUYUCU BAKIM FORMU" (CHEK-LİST) şeklinde Hastane Klinik Mühendislik Birimine teslim edecektir. Servis formunun ikinci sureti hastane teknik komisyonuna ya da teknik sorumlusuna teslim edilecektir.
- 3.10 Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dahilinde müdahale edecektir.
- 3.11 Yüklenici firma yıl içerisinde yapacağı bakımları, kurum tarafından belirlenen yıllık bakım planı tarihlerine uyacak ve belirtilen tarihten 2 (iki) iş günü öncesi kurum teknik servis sorumlusuna gelineceği yönde bilgi vereceklerdir.
- 3.12 Hastane idaresi tarafından Temin edilen parça ve sarf malzemeler firma tarafından cihaza ücretsiz takılacaktır.
- 3.13 Cihaz arızasının bildirimini takiben, firma en geç 6 (ALTI) saat içerisinde uzak destek,36(OTUZALTI) saat içerisinde ise arızaya yerinde müdahale edecek (telefon veya uzaktan sisteme bağlantı desteği dahil), yedek parça ihtiyacı olmaması halinde ise en geç 4(dört) iş günü içerisinde arızayı giderecektir. Onarım belirtilen süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde idari şartnamede belirtilen cezai müeyyide uygulanacaktır.
- 3.14 Yedek parça ihtiyacı bulunması halinde; FİRMA fiyat belirlenmesi amacı ile bir teklif mektubu hazırlayarak bunu kurumun onayına sunacaktır. FİRMA söz konusu yedek parça mevcut stoğunda var ise, kurumun yedek parça temini bildirmesini ve onayına takip eden en geç 4 (dört) iş günü içinde yedek parçaları değiştirecek, stoğunda bulunmayan yedek parça derhal yurt dışından sipariş edilecektir. Yurt dışından sipariş edilecek parçalar için bu durum sair günler saat 17.30 – 08.00 arası, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günleri geçerli değildir.
- 3.15 Fujifilm yetkili teknik servisi tarafından servis formu ile kuruma alımı yapılması önerilen, belirtilen yedek parça ve ya parçalar eğer kurum tarafından ilgili firmadan alım yoluna gidilmez ve dışardan temin yoluna gidilirse cihazın standartlar doğrultusunda sağlıklı olarak çalışmasına devamının sağlanması için Fujifilm teknik servisinin önerdiği özellik ve modellerde olması gerekmektedir.
- 3.16 Bakımlara sistemin yazılım-sürüm güncellemeleri dahil olup hastaneden ekstra bir bedel talep edilmeyecektir.
- 3.17 Bakımlara sistemin kalite kontrol ve kalite kontrol neticesinde gerekli kalibrasyon hizmetleri dahil olup hastanemizden ekstra bedel talep edilmeyecektir.
- 3.18 Kurumumuz gerekli bakım ve servislerin yapılabilmesi için FİRMA yetkili elemanına ve/veya yetkili temsilcilerine gerekli her çeşit bilgiyi vermeyi ve bu sözleşmenin yürütülebilmesi ve FİRMA'NIN vebicelerini yerine getirebilmesi için cihaz veya cihazlar üzerinde çalışma olanağı sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
- 3.19 Servis Hizmetini verecek olan Yüklenici Firma hizmet vereceği cihazlarla ilgili cihaz firmasından veya temsilcisinden güncel eğitim sertifikasına sahip olmalı veya Türkiye'deki temsilci firması tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
- 3.20 Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.
- 3.21 Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışmalı bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
- 3.22 Cihazın faturasında ve teknik raporda "Onarım Hizmetleri (Yedek Parça/ Mal Alımı Hariç, İstisna Parçalar Hariç)" ifadesi yazılmalıdır.

Mustafa ARABACI
Radyoloji Servisi Teknikeri

Sahin Ardicilar
Kodrek

Zübeyle
Temüroğlu