

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.03.2022

İhale Kodu :21699
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlar da sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **25.03.2022** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	C KOLLU SKOPİ CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI,İSTISNA PARÇALAR HARIÇ) - (12 AYLIK)	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

C KOLLU SKOPİ CİHAZI BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

KONUSU: Ameliyathane’de kullanılan GE marka 2 adet C kollu skopi cihazlarının 12 aylık(6 aylık periyot halinde) periyodik bakımı

MARKA/MODEL

SERİ NO

GE/BRİVO

GB1014220307

GE/BRİVO OEC785

B3515251

- 1) Cihazların bakımı 6 aylık periyot halinde toplamda 2 adet bakım yapılacaktır.
- 2) Periyodik bakım hastanemizin teknik personelinin ve/veya ameliyathane sorumlularının bilgisi dahilinde yapılacaktır.
- 3) Periyodik bakım haricinde oluşabilecek arızalar idarenin arıza bildirimine müteakip 48 saat içinde arızaya müdahale edilecektir.(Telefon, fax veya e-mail yoluyla)
- 4) Arızalı parçanın satınalma işlemi idare tarafından yapılacaktır. Parçanın orijinal olmaması durumundan kaynaklı problemlerden firma sorumlu değildir.
- 5) Arızaya müdahalede gecikme halinde gecikilen her bir gün için sözleşme bedelinin%0.5'i oranında ceza uygulanacaktır.
- 6) Onarım esnasında yedek parça gerekmesi durumunda, yedek parçanın stokta olması durumunda 5 iş günü, olmaması durumunda 15 iş günü , içerisinde onarım sağlanacaktır.
- 7) Parça değişimleri için sözleşme süresince ayrıca işçilik ücreti talep edilmeyecektir.
- 8) Yapılan bakım ve arıza sonucunda yüklenici firma teknik servis tarafından yapılan işlem rapor halinde yapılan işlem sonucunu idareye bildirmek zorundadır.
- 9) Yüklenici firma belirtilen cihazlarla ilgili üreticiden alınmış yetki belgesini teklifle beraber sunacaktır.
- 10) Faturalandırma yılda 2 kez periyodik bakım sonrası eşit tutarlı olarak yapılacaktır.
- 11) Bakım süresi boyunca cihazın performans kontroller yapılacaktır. Parça gerekmesi durumunda tüm satınalma işlemleri idare tarafından gerçekleştirilecektir.
- 12) Bakım sonrası detaylı bakım formu idare ve/veya sorumlulara teslim edilecektir.
- 13) Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendirilen temsilci/ ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinde sunabilmelidir.
- 14) Bakım Onarımı yapacak firma tek yetkili firma olup ilgili yetki belgelerini sunabilmelidir.
- 15) Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışmalı bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
- 16) Bakım-onarım hizmeti mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

Özge OKAN SÖLÜK
Ameliyathane Birim Sorumlusu

T.C.S.B. Gaziantep Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Mehmet Vakıf KESKİLİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
El Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No : 128652

Radyoloji Tek.
Ahmet ORMAN
SMD

- 17) Periyodik bakımlarda tespit edilen arızalar için, düzenlenen Arıza Bakım-Onarım Formunda onarım için gerekli parçalar belirtilecek ve ivedilikle idareye formun kontrol teşkilatı tarafından da imzalanmış bir nüshası teslim edilecektir.
- 18) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde bakım-onarım yapılacaktır.
- 19) Bakım-onarım Biyomedikal teknik servis eşliğinde yapılacaktır.
- 20) Cihazın faturasında ve teknik raporda "Onarım Hizmetleri (Yedek Parça/ Mal Alımı Hariç, İstisna Parçalar Hariç)" ifadesi yazılmalıdır.

Özge OKAN SALICI
Ameliyathane Birim Sorumlusu

T.C.S.B. Gaziantep Dr.Fersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
El Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 128652

Radyoloji Tek.
Ahmet ORMAN
SW