

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.03.2022

İhale Kodu :21716
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlar da sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.03.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinhale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK SIVI 5 LT	1500	Litre				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

1 KALEM; EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ENZİMATİK KONSANTRE SIVI 5 LİTRE

1. Ürün her türlü cerrahi, medikal alet ve endoskopların işlem sonrası üzerinde bulunan kan, doku, protein, yağ gibi organik yükünü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır.
2. Ürün kimyasal bileşiminde protein bileşiklerini parçalamak için proteaz, karbonhidrat bileşiklerini parçalamak için amilaz, yağ bileşiklerini parçalamak için lipaz ve kompleks polisakkarit bileşiklerini parçalamak için mannanaz ve selüloz enzimleri bulunmalı, temizleyici olarak iyonik yüzey aktif madde, içermelidir.
3. Ürün içeriğindeki proteazın diğer enzimlere zarar vermediği, enzimatik stabiliteyi gösteren bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış olmalı ve bu dosyalar istenildiğinde enfeksiyon kontrol komitesi veya merkezi sterilizasyon ünitesine sunulmalıdır.
4. Maksimum 60°C derecede etkinliğini göstermelidir.
5. Aldehit, fenol, klor ve amin bileşikleri içermemelidir.
6. Ürün kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. Yağ giderici temizlik gücü bilimsel çalışma ile ispatlanmış olmalı ve bu çalışma teklifle birlikte sunulmalıdır.
7. Ürün manuel kullanım yanında ultrasonik temizleyici cihazlarla, endoskopi yıkama makineleri ve alet yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır. En az 1 endoskop ve 1 yıkama cihazı uygunluğu ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Ürün konsantre olmalı ve % 0,1 - % 0,5 oranında çeşme suyu ile seyreltilerek kullanılabilir. 1 litre solüsyondan en az 200 litre kullanıma hazır ürün elde edilmelidir.
9. Firma seyreltilmiş ürün litre maliyetini fiyat teklifinde belirtmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ürünün seyreltilmiş litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
10. Ürün açıldıktan sonra mikrobiyal kontaminasyona karşı dirençli olmalı ve ilgili çalışma teklifle birlikte sunulmalıdır.
11. Ürünün otomatik alet yıkama makinelerindeki performansı, kirlilik testleri (TOSI, WashCheck vb.) ile test edilmiş olmalı ve teklifle birlikte sunulmalıdır.
12. Ürün yüzeylerde oluşabilecek Pseudomonas aeruginosa aracılığıyla oluşan biyofilm tabakasına etkili olduğunu ISO/TS 15883 5: 2005 testi ile kanıtlanmış olmalı ve bu çalışmalar teklifle birlikte sunulmalıdır.
13. Sulandırılmış ürünün pH'sı nötr olmalıdır.
14. Hazırlanmış ürün enzimatik stabilitesini kapağı açık bir kaptan 24 saat boyunca korumalıdır. Bunu kanıtlayan çalışma teklif dosyasında sunulmalıdır.
15. Ürünün paslanmaz çelik yüzeyler, titanyum, alüminyum, teflon, akrilonitrilbütadiensitren (ABS), silikon, lateks, yüksek yoğunluklu polietilen, PVC, poliüretan, polisülfonpolyamid ve akrilik vb. yüzeyler ile geniş materyal uyumluluğuna sahip olmalı ve uyumlu olduğu materyaller listesi teklifle birlikte belgelendirilmelidir.
16. Ürün korozif olmamalı ve korozif olmadığına dair çalışma teklifle birlikte sunulmalıdır.
17. Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi (MSDS) verilmelidir.
18. Orijinal 5 litrelik kilitli kapak ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, LOT numarası yazmalıdır.

Özge OKAN SALICI
Ameliyathane Sorumlusu

Hanifi ÇAYIR
Anestezi Sorumlu Teknikeri

Batıkan ELMAS
Hemşire

19. Üretici firma tarafından manuel kullanım için ürün ile birlikte 4 Bidon başına 1 adet 25cc hazneli doz pompası verilmelidir.
20. Ürün 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmalıdır.
21. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullanılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
22. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
23. Numuneler orijinal ambalajında denenerek alınacaktır.
24. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (LOT numarasına) ait, üretici firmanın orijinal analiz sertifikası teslim sırasında ürün ile birlikte verilmelidir.

Özge OKAN SALICI
Ameliyathane Sorumlusu

Haniş MAYIR
Anestezi Sorumlu Teknikeri

Batıkan ELMAS
Hemşire