

22-a

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30.03.2022

İhale Kodu :21724
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **01.04.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERNUM TESTERE BIÇAĞI	Adet	10		
2	.STERNUM TESTERESİ SÜRÜCÜ TABANCASI ELEKTRİK AKTARIM KABLOSU	Adet	2		
3	STERNUM TESTERESİ SÜRÜCÜ TABANCASI MAKRO KABLO	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21. Kalem

STERNUM TESTERESİ BIÇAĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan AYGÜN marka M7-335 model sternum testere elceğine uygun olmalıdır.
2. Kullanım uzunluğu 35 mm olmalıdır.
3. Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
4. Paslanmaz materyalden imal edilmiş olmalıdır.
5. Teklif verilen ürünün numunesi Biyomedikal Birimi tarafından değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.
6. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünler en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.

Naciye KINAY
Hemşire

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Eğilim EĞİT. ve Araş. Hast.
Op. Dr. Ersin ARSLAN
Kalp Damar Cerrahi
Dip. Tescil No: 105

Op. Dr. Ersin ARSLAN
Kalp Damar Cerrahi Uzm.
Dip. Tescil No: 7129
Uzm. Tescil No: 105
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22. Kalem

STERNUM TESTERESİ SÜRÜCÜ TABANCASI ELEKTRİK AKTARIM KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi motorun elceğine kabza altından takılabilmeyi sağlayan, sökülüp takılabilen bir bağlantı elemanı olmalıdır.
2. Elektrikli kullanım kablosu en az 4mt uzunluğunda olmalıdır.
3. Kablo kullanımı kolaylaştıracak şekilde hafif olmalıdır.
4. Kablonun bir ucu elceğe diğer ucu doğrudan güç kaynağı konsola takılabilmelidir.
5. Ameliyathanemizde mevcut Aygün marka Praxis 3 model elceğe uyumlu olmalıdır.
6. Üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Teklif verilen ürünün numunesi Biyomedikal Birimi tarafından değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.
8. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Naciye KINAY
Hemşire

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araş. Hast.
Op. Dr. Celaletin KAYIRAN
Kalp Damar Cerrahisi
Dip. Tescil No: 93702

Op. Dr. Gökalp GÜZEY
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 7129
Uzm. Tescil No: 105
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23. KALEM

STERNUM TESTERESİ SÜRÜCÜ TABANCASI MAKRO KABLO

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kablonun bir ucu konsola diğer ucu sternum testere ataçmanına takılabilmelidir.
2. Kablonun uzunluğu en az 210 cm (+3cm) uzunluğunda olmalıdır.
3. Kablo buhar otoklavında 134°C de ve E.O. de steril edilebilir özellikte olmalıdır.
4. Ameliyathanemizde mevcut Aygün marka Praxis 3 model elceğe uyumlu olmalıdır.
5. Üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
6. Teklif verilen ürünün numunesi Biyomedikal Birimi tarafından değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.
7. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Naciye KINAY
Hemşire

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Cemalettin KAYIRAN
Kalp Damar Cerrahisi
Dip. Teselli No: 93702

Op. Dr. Bekir GÜZEL
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Teselli No: 71424 e
Uzm. Tıbbi No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi