

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.04.2022

İhale Kodu :21835
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlar da sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **25.04.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMBULANS ANA SEDYESİ	3	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMBULANS ANA SEDYESİ
TEKNİK ŞARTNAME

1. Sedyeye ana iskeletinde kullanılan borular alüminyum etial 61 (AA 6351) veya eşdeğeri malzemeden üretilmiş olmalı,
2. Alüminyum dökümler etial 150-160 serisi (AA A-380) veya eşdeğeri malzemeden eloksallı kaplamalı olarak imal edilmiş olmalı, ve alaşım özellikleri test raporu ile kurula sunulmalıdır.
3. 2 adedi sabit ve kilitlenebilir, 2 adedi 360 derece döner özellikte olmak üzere 4 adet tekerlekle donatılmış olmalıdır. Tekerlekler en az 125 mm. çapında olacaktır.
4. Yumuşak malzeme ile kaplanmış bir kol desteği olmalıdır.
5. Sedyeye şiltesi, dikişsiz yekpare yapıda üzeri su geçirmeyen, leke tutmayan, anti bakteriyel, ateşe dayanıklı materyalle kaplanmalı ve içerisi yüksek yoğunlukta kolay deforme olmayan 50-80 mm. kalınlıkta ve esnek yapıda sünger ile döşenmiş olmalıdır.
6. Sedyeye üst yüzeyi rotasyon tekniği ile üretilmiş tek parça plastik malzemeden, sırt desteği ve ayak desteği olarak iki parçadan üretilmiş olmalı, vakum tekniği ile üretilmiş ABS veya PVC malzeme kullanılmamalıdır. Sedyeye üzerinde hasta varken CPR (kalp-akciğer canlandırılması) uygulanmasına imkân vermelidir.
7. Sırt ve ayak kısmının yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. Sırt desteği ayarı gazlı piston yardımı ile yapılmalı, istenilen kademedeki mandal yardımı ile sabitlenebilmelidir. Ayak kısmı manuel olarak 15° ayarlanabilmelidir.
8. Ayarlanabilir serum askısı ile portatif oksijen tüp taşıyıcısı bulunmalı ve bunlar ana sedyeye monte edilebilmelidir.
9. Sedyeye mevcut kilit kolu çekilerek araç içine doğru itilince ayakları katlanmalı ve kilit kolu çekilerek araç dışına doğru çekildiğinde de ayaklar kendiliğinden açılmalıdır. Bu sistem ile sedyenin bir kişi tarafından ambulansa yüklenmesi ve ambulandan çıkartılması sağlanmalıdır.
10. Sedyeye ana gövde profili alüminyum mil pres yöntemi ile çekilmiş ve tek parça yekpare olmalı, ara bağlantı boruları gömme başlı imbus çelik civatalar ile yapılmalıdır.
11. Ana sedyeye üzerinde en az 2 adet en az 500 mm uzunlukta korkuluk bulunmalı, korkuluklar sedyenin yanlarına paralel olarak katlanabilir olmalıdır,
12. Ana sedyeye üzerinde 1 set boyun ve omuz kemeri, ayrıca 2 adet sabit hasta kemeri bulunmalıdır.
13. Ana sedyeye Sağlık Tesisimiz bünyesindeki Ambulanslara uyumlu olmalı, araç üzerinde herhangi bir kilitleme sistemi değişikliği gerektirmeden tüm araçlarda kullanılabilir olmalıdır.
14. Ana sedyeye ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalı, CE belgesi ve TS EN 1865-1 +A1 belgesine sahip olmalıdır.
15. Ana Sedyeye 10 G crash testi belgesi olmalıdır.

Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Teknikleri
Mehmet KUŞÇU

Erdem KURT
[Signature]

16. Ana sedye üzerinde kullanılacak şilte ve süngerin yanmazlık test raporları bulunmalıdır.
17. Ölçüleri : Uzunluk : 1935 mm (\pm 20 mm), Genişlik : 550 mm. Yükseklik : 815 mm (\pm 20 mm), Ağırlık : 38 Kg (\pm 2 Kg.), Taşıma Kapasitesi : 180 Kg olmalıdır.
18. Yüklenici firma tarafından temin edilecek cihaz üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
19. Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
20. Cihazın garanti süresi boyunca bakımları, arızaları ve kalibrasyonları firma tarafından ücret talep edilmeden yapılmalıdır.
21. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.

Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Teknisyeni
Mehmet KUŞCI

Erdem KURT
