

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.04.2022

İhale Kodu :21843
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
 7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
 10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
 11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
- NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.
NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **27.04.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BUZDOLABI - SOĞUTUCU ÜNİTELER, AŞI / İLAÇ SAKLAMA DOLABI	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

T.C
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

**ONKOLOJİ ECZANESİ İHTİYACI OLAN KİT/ SERUM/AŞI/İLAÇ
SAKLAMA DOLABI**

TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

- 1-Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı ve galvaniz sac ile kaplanmış olmalı , iç yüzeyi ise krom nikel sac malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2-Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaya uygun olmalı ve elektrik akımı dalgalanmalarından etkilenmemelidir.
- 3-Dolap dış boyut ölçüleri ; Genişlik : 140-150 cm , Derinlik :80-85 cm. Yükseklik :190-200 cm. arasında olmalıdır ve ayrıca Dolap iç haznesi en az 1200 lt. ile 1250 lt.arasındaki kapasitede olmalıdır.
- 4-Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilen özellikte olmalı ve manyetik contalı olmalıdır. Ayrıca dolap içi dışarıdan görülebilecek şekilde şeffaf camlı olmalıdır.
- 5-Dolap içinde ayarlanabilen özellikte plastik kaplamalı en az 10 adet tel raf bulunmalıdır. Dolap içi tel raflar temizlenmeye uygun olmalıdır.
- 6-Dolap +2/+8 derece aralığında çalışmalı ve +4 dereceye de set edilebilme özelliğine sahip olmalıdır ve ayrıca dolap + 10 /+ 40 derece ortam ısısında çalışabilecek şekilde olmalıdır.
- 7-Dolap içinde fan sistemi bulunmalı ve fan sürekli olarak eşit ısı dağılımını sağlamaya uygun şekilde çalışacak sisteme sahip olmalıdır.
- 8-Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
- 9-Dolap tam otomatik defrost sistemi ile donatılmış olmalıdır. Dolap soğutma sistemi bakır boru ve alüminyum yaprak evaparatör sistemli fanlı soğutma sistemli olmalıdır. Roll bond evap sistemli soğutma sistemli olmayacaktır.
- 10-Dolap kabin içi aydınlatması floresans lamba veya Led lamba ile sağlanmış olmalıdır. Led lamba tercih sebebi olacaktır.
- 11-Dolap üzerinde kullanıcının rahatlıkla görebileceği mikro işlemcili dijital kontrol paneli sistemi olmalıdır ve Bu sistem en az 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- 12-Dolap sıcaklık bilgisinin, istenildiğinde bilgisayar ortamına aktarımını sağlayan RS 232 port sistemiyle donatılmış olmalıdır.
- 13-Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 14-Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemiyle donatılmış

GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İlci KARAYERLİ
Eğilim

Uzm. Dr. İbrahim Nihal ÖZTEN
İç Hastalıkları Uzmanı
Onkoloji Uzmanı
Dip. No: 11077 - Dip. No: 11078
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E.H.

Uzm. Dr. İbrahim Nihal ÖZTEN
Hematoloji Uzmanı
Tes. No: 120851
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E.H.
Eğilim Hastanesi

olmalıdır ve .Bu sistem olası elektrik kesintilerinde en az 72 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının da çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır.

15-Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında,elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel olarak ikaz sinyali ile uyarı sistemi ile donatılmış olmalıdır.

16-Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir ve ilgili firma zararlı CFC gazı kullanılmadığını belgeyle kanıtlamalıdır.

17-Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayabilen iki adet stoplu ve iki adet de sabit tekerlek bulunmalıdır.

18- Üretici firma soğutucu dolap için en az 2 (iki) yıl garanti verebilmelidir ve ayrıca dolap motoru için de 5 (beş) yıl garanti verebilmelidir her iki garanti şartlarını belgeyle kanıtlamalıdır.

19—Dolap istenildiği takdirde termal yazıcı eklenebilme özelliğine sahip olmalı ve Termal yazıcıdan , saklanan verilerin rakamsal ve grafiksel olarak dökümleri hata kodlarının yazıcıdan alınabilmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır.

20- ISO 9001:2008, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilen bir ürün olmalıdır ve ayrıca Dolabın CE belgesi ve Barkodu bulunmalıdır.

21-Dolap üretici firmanın, Gaziantep'te yerleşik servis sağlayıcısı olmalıdır ve bunu belgeyle kanıtlamalıdır. İlgili servis sağlayıcı olan firma dolap arızası durumunda telefon , faks veya mail yoluyla ilgili firmaya bilgi verildiğinde ; 3 (üç) saat içerisinde söz konusu dolap arızasını tespit ve ilgili arızayı onarımına başlayacak şekilde çalışma ve tamir ekibi olduğunu yazılı olarak beyan edecektir.

22-Yüklenici firma tarafından teklif edilecek ürün için UBB kaydı bulunmalıdır.

GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İnci KARAFURAN
Eczacı

Uzm. Dr. İker Nihat OKTEM
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129018 - Dip No: 2818
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E.A.H.

GAZİANTEP DR.ERSİN ARSLAN
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İnci KARAFURAN
Eczacı