

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.05.2022

İhale Kodu :21881  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması.
  - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması.
  - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
  - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
  - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
  - 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
  7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
  8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıran tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
  9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
  10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
  11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
  12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
  13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
- NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.  
NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.  
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **09.05.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

| S.N                             | Malzeme Adı   | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1                               | ENDOSKOPI<br>TELESKOPLARI, RİJİT<br>ÜRETERORENOSKOPI<br>TELESKOBU PEDIATRİK | 1      | Adet   |           |          |              |             |
| <b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b> |   |        |        |           |          |              |             |

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| Adı     |  | Firma Yetkilisi |
| Adresi  |  |                 |
| Telefon |  | Kaşe ve İmza    |



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ**  
**MÜCAHİTLER EK HİZMET BİNASI**

**ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT**  
**ÜRETERORENOSKOPİ TELESKOBU PEDIATRİK**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.) Teklif edilen uretro-renoskopun çalışma uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
- 2.) İrrigasyon ve enstruman kanalı 4,2 x 4,6 Fr çapında olmalıdır.
- 3.) Teklif edilen uretero-renoskop distal uçta 6 Fr. , proximal uçta ise 7,5 Fr olmalıdır ve bu artış adimsız konikal olarak olmalıdır. Sadece distal uca yakın tek kademesi olmalıdır.
- 4.) Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanallarından 1 adet 4 Fr lik enstruman tek başına ve 2 adet 2,4 Fr lik enstruman aynı anda kullanılabilir. Yanlış kullanımı önlemek için bu özellik uretro-renoskopun üzerinde yazmalıdır.
- 5.) Teklif edilen uretero-renoskop vizörünün oblik ve ofset mercek seçeneği olmalıdır.
- 6.) Teklif edilen uretro-renoskop operasyon esnasında uretrayı ve ureteri daha az travmatize etmesi ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proximal uca doğru konikal olarak genişlemelidir. Sadece distal uca yakın tek kademesi olmalıdır.
- 7.) Teklif edilen uretero-renoskop lazer, ultrasonik, elektrohidrolik ve balistik taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 8.) Operasyon esnasında uretero-renoskopun kanalından kullanılan propların uçlarının olmalıdır. Bu özellik uretrorenoskopun üzerinde yazmalıdır. °optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 5
- 9.) Teklif edilen uretro-renoskopun iki adet lateral enstruman kanalı olmalıdır.
- 10.) Aspirasyon-irrigasyon muslukları plastik olmalı ve iyi sterilizasyon yapılabilmesi için pratik bir şekilde sökölüp-takılabilmelidir.
- 11.) Uretro-renoskop ve musluklar üzerinde yanlış kullanımı önlemek için önerilen aynı nokta simgeleri olmalıdır.
- 12.) Teklif edilen uretero-renoskopun kolay ve ergonomik kullanım için talep edildiğinde aynı marka handle seçeneği olmalıdır.
- 13.) Aynı marka Rijit ve Filexible Uretero-Renoskoplarda ve Minyatür Nefroskopta vidalama veya luer-lock kapama şeklinde takılarak, sızdırmayı engelleyen ve 1-6 Fr yardımcı aletlerin kullanılabilmesi sağlayan aynı marka sızdırmazlık valfi ile kullanılabilir.
- 14.) Uretero-renoskop fiber optik ışık transmisyonu üzerinde ışık kablosu çapı ve yeşil renk halkası olmalıdır.
- 15.) Uretero-renoskop üzerinde kare kod olmalıdır.
- 16.) Otoklavlanabilmelidir.

*M. Arslan*  
*M. Arslan*  
*A. Arslan*

Opr. Dr. Lütfi BAY  
Uroloji Uzmanı

033273 B.S. No: 26354  
Araştırma Hastanesi





- 17.) Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
- 18.) Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.
- 19.)Yüklenici firma tarafından temin edilecek cihaz üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 20.) Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır.Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.

**Uretero-renoskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.**

- 1 Adet Kavrama Forsepsi,
1. Büyük taş parçaları için 550 mm çalışma uzunluğunda olmalıdır.
  2. 4 Fr çapında, rotasyonlu (360° dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilen semi rigid olmalıdır.
  3. Çene şekli (mouse jaws) çeneli olmalıdır.
  4. Otoklavlanabilmelidir. Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır : 2 1 adet Handle, aşırı yüklenmelere karşı korumalı olmalıdır. 1 adet İnsert (Uç aksamı)

Yunus İnce  
Yunus İnce  
Aml. Sor.

Opr.Dr.Lütfü BAY  
Üroloji Uzmanı  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
No: 32315/No: 25860/33273 B.S. No: 26354  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi