

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18.05.2022

İhale Kodu :21947
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **18.05.2022** tarih saat **17:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	VİSKOELASTİK NA HYALURONAT %1,8 ALIMI	400	Adet				
2	VİSKOELASTİK NA HYALURONAT %3.0 ALIMI	350	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

VİSKOELASTİK MADDE %1.8 NA-HYOLURONAT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EN AZ 18 MG/ML (onsekiz miligram bölü mililitre) LİK NA-HYOLURONATE İÇERMELİDİR.
2. STERİL ENJEKTÖRDE 25(yirmi beş) veya 27 G(yirmiyedi gauge)'LİK KANÜLÜ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
3. MOLEKÜLER AĞIRLIĞI EN AZ 3.0×10^6 (üçmilyon)DALTON OLMALIDIR.
4. VİSKOZİTE' si EN AZ 600.000(altryüzbin) mPas OLMALIDIR.
5. PH 6.8-7.6 (altı nokta sekiz-sekiz nokta altı), OSMOLARİTESİ 250– 400(ikiyüzelli- dörtyüz) mOsm/kg OLMALIDIR.
6. ENJEKTÖR ÜZERİNDE ÜRÜN BİLGİLERİ YAZILI OLMALIDIR VE ÜRÜN ENJEKTÖRÜ DIŞ ETKİLERE KARŞI DAYANIKLI SERT BLİSTER AMBALAJDA PAKETLENMİŞ OLMALIDIR. STERİLİZASYON GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BU VAZGEÇİLMEZ BİR ÖZELLİKTİR.
7. LATEX İÇERMEMELİDİR. LATEX İÇERMEDİĞİ KUTU ÜZERİNDE ORJİNAL BASKILI OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR. SONRADAN YAPIŞTIRILMIŞ ETİKET VEYA DAMGA ŞEKLİNDE OLMAMALIDIR.
8. ENJEKTÖR ÜZERİNDE ÜRÜNÜN DİĞER YOĞUNLUKLARDAN AYIRT EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK RENKLİ BİR ŞERİT OLMALIDIR.
9. STERİLİZASYON GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÜRÜN ENJEKTÖRÜ BUHAR OTOKLAV İLE STERİL EDİLİP ASEPTİK ŞARTLARDA BLİSTERLENMELİ VEYA ÜRÜN ENJEKTÖRÜ BUHAR OTOKLAV İLE STERİL EDİLİP BLİSTERLENDİKTEN SONRA ETİLEN OKSİT İLE TEKRAR STERİL EDİLMİŞ OLMALIDIR. BU HUSUS KUTU ÜZERİNDE VEYA PROSPEKTÜSTE AÇIKÇA YAZILI OLMALIDIR.
10. GÖZ İÇİNDEN CERRAHİ SONRASI KOLAY ÇIKARILABİLMELİDİR.
11. FİYAT HACİM ORANI DİKKATE ALINARAK KARAR VERİLECEKTİR.
12. ÜRÜN NUMUNELERİ DENENECEK, KARAR HEKİM RAPORUNA GÖRE VERİLECEKTİR.

Op.Dr. Zeynep Özer ÖZCAN
Gözü Hastalıkları Uzmanı
Gözü Hastalıkları Uzmanı
Etiler Mahallesi
170684

Op.Dr. Ersin Arslan
Gözü Hastalıkları Uzmanı
Etiler Mahallesi
170684

Uzm. Dr. Sureyya F. AKU
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI
Sicil No Dr 134770 Dip No 12094
Tescil No 83471
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gaziantepe Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Dr. Mustafa ÖZKAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.Tes.No-107465

VİSKOELASTİK MADDE %3.0 NA-HYOLURONAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 3 MG/ML LİK NA-HYOLURONAT İÇERMELİDİR.
2. STERİL ENJEKTÖRDE 25 veya 27 G LİK KANÜLÜ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
3. MOLEKÜLER AĞIRLIĞI EN AZ 2.9×10^6 DALTON OLMALIDIR.
4. VİSKOZİTE' si EN AZ EN AZ 30.000 mPas OLMALIDIR.
5. PH 6.8-7.6 , OSMOLARİTESİ 300-350mOsm/kg OLMALIDIR.
6. ENJEKTÖR ÜZERİNDE ÜRÜN BİLGİLERİ YAZILI OLMALIDIR VE ÜRÜN ENJEKTÖRÜ DIŞ ETKİLERE KARŞI DAYANIKLI SERT BLİSTER AMBALAJDA PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.
7. LATEX İÇERMEMELİDİR.
8. GÖZ İÇİNDEN CERRAHİ SONRASI KOLAY ÇIKARILABİLMELİDİR.
9. ÜRÜN GÖZ İÇİNDE DİSPERSİF BİR YAPI GÖSTERMELİ VE ENDOTELİ KORUMALIDIR.KOEZİF OLMAMALIDIR.
- 10.ÜRÜN NUMUNELERİ DENENECEK, KARAR HEKİM RAPORUNA GÖRE VERİLECEKTİR.

Op.Dr. Zeynep Özer ÖZCAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hast.
Dip. Tes. No: 70684

Dr. Ersin Arslan
Göz Hastalıkları Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 107465

Dr. Mustafa AKOZ ARUN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 107465

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Dr. Mustafa AKOZ ARUN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 107465