

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.05.2022

İhale Kodu :21965
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
 5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
 7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
 10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
 11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren istekçilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
- NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.
- NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.05.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ SİSTEMİ OKSİJEN SENSÖRÜ	3	Adet				
2	HİPERBARİK OKSİJEN TERAPİ SİSTEMİ HAVA FİLTRESİ	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HİPERBARİK HAVA FİLTRESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün orijinal üretim olmalıdır.
2. Ürün kapalı ambalajında teslim edilmelidir.
3. Hava Filtresi hastanemiz bünyesinde kullanılan HİPERTECH marka MULTİPLACE ZYRON model Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazı kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Cihaz bulunduğu rakıma bağlı olarak içerisinde geçen hava akış miktarı en az 1048mb basınca duyarlı olmalıdır.
5. Ürün, yetkili servis tarafından, laboratuvar bölüm sorumlusu eşliğinde açılmalıdır.
6. Cihaz yurt dışı üretim ise Talep edilmesi doğrultusunda malzemenin gümrük giriş belgesini ilgili birime teslim etmelidir.
7. Hava Filtresi imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
8. Satın alma sürecinden önce numune değerlendirilecek ve numune sonucunda sensör alımına onay verilecektir.
9. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Burak BAK
Sağlık Teknikeri
Belge No: 99

Mehmet KALEM

İsa Kaya



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HİPERBARİK OKSİJEN SENSÖRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oksijen sensörü hastanemiz bünyesinde kullanılan HİPERTECH marka MULTİPLACE ZYRON model Hiperbarik Oksijen Tedavi Cihazı kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Sensör orijinal paketinde verilecektir.
3. Sensör imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
4. Satın alma sürecinden önce numune değerlendirilecek ve numune sonucunda sensör alımına onay verilecektir.
5. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ürünün UBB /ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Mehmet KALEM

Burak PARLAK
Sualtı Teknikeri
Belge No: 99

İsa Kaya