

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.06.2022

İhale Kodu :22021
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 22.06.2022 tarih saat 10:00 kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERNUM TELİ NO:5 55 (±3) MM 1/2 KESKİN DÖNEN İĞNE 4X45 CM	75	Paket				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

STERNUM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sternumun dikilerek tespiti için kullanılacaktır.
- 2.Paslanmaz, kolay bükülebilir, çabuk kırılmayan, dayanıklı çelik tel olacaktır
- 3.İğne tipi ½, trokar point , için tel uzunluğu, No: 5,6 ve/veya 7 numaralar için tel uzunluğu 4 lü paket için 45 ± 3 mm.ve/veya 2li paket 75 ± 5 mm olacaktır.
- 4.İğneler dokudan rahat geçmeli, güçlü olmalı, iğne kırılmaya karşı dirençli olmalıdır (özel alaşım veya silikon kaplı olanlar tercih sebebidir).
- 5.İğnenin yüzeyi pürüzsüz olmalı, portegü ile tutulduğunda zedelenmemeli ve iğne keskinliğini/sivriliğini kullanımı süresince devam ettirmelidir.
- 6.İğnenin çelik tel bağlantısı bölgesinde belirgin çap farkı olmamalıdır. Tel bağlantı noktasından kolay çıkmamalıdır. İğnenin telden bağımsız dönebilmesi tercih sebebidir.
- 7.Firma ihale sırasında istenen miktarda numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.
- 8.Steril orijinal ambalajında olacaktır.
- 9.Ambalajın üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri olacaktır

Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Mustafa ARSLANOĞLU
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 706414 Sicil No:90526
Dr.Ersin Arslan Gaziantep Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan GAZİANTEP
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. C. Mehmet KAYIRAN
Kalp ve Damar Cerrahi - Dip Tes. No:93702