

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.06.2022

İhale Kodu :22048
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.06.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKŞU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPIRATÖR TORBASI 3000 ML VALFLİ	4200	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

ASPIRASYON TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Torbalar 3 lt hacimde, şeffaf olup patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde elastik yapıda olmalıdır.
2. Her torbanın yanında minimum 150 cm uzunlukta hasta ara bağlantı hortumu sağlanmalıdır. Hortumlar minimum 6 mm (+/-1mm) iç çapında ve şeffaf özellikte olmalıdır.
3. Kanisterlerin üzerinde 270 derecelik açıdan rahat okunabilen ölçüm skalası olmalı ve kanisterler 121 derece sıcaklıkta otoklava dayanıklı olmalıdır.
4. Her torba değişiminde ikinci bir hortum bağlantısı yapmaya gerek olmadan sadece torba kapağına hasta hortumu takılarak aspirasyona başlanabilmelidir. Vakum aktarımı kanisterden torbaya ek bağlantı gerektirmemeli, iş yükü yaratmamalıdır.
5. Yanlış bağlantı riskini azaltmak için torba üzerinde 2' den fazla port olmamalıdır.
6. Torba kapaklarının kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak ve rahat taşımak için tutma kulakçıkları bulunmalıdır.
7. Torba kapağı ve portları kapatan tıplar kolay ayırt edilebilecek şekilde farklı renklerde olmalıdır.
8. Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak olan hasta hortumu, bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan tıpalı kapkon konnektör bulundurmalıdır.
9. Her torbada, sıvı ile temas ettiğinde şişerek vakumu kesen ve taşmayı engelleyen bakteri filtresi özellikli hidrofobik filtre bulunmalıdır.
10. Kanisterlerin asılması için duvara ve ray sistemlerine uygun kolay monte edilen özellikte asma aparatları firma tarafından temin edilmelidir.
11. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
12. Ürünlerin UTS kayıtları olmalıdır.
13. Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
14. Ürün kontrol edildikten sonra karar verilecektir.

Yeliz POLAT
H116458
Sorumlu Hemşire

H. Selda SU
00000 GYBÜ
Sorumlu Hemşire

Sevgi YUZBASIOĞLU
GYBÜ Sorumlu Hemşire
Sicil: H110888

Derya ÇINAR
Genel Yetkilili Bakım
Sorumlu Hemşire

Mustafa Sabri ERDOĞAN
Servis Sorumlu Hemşire

Uzm.Dr.Sinem YELCİN BAYRAKÇI
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.No: 5065 - Yen.Tescil No: 144911
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi