

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.06.2022

İhale Kodu :22054
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 29.06.2022 tarih saat 10:00 kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

GülAKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ KARTUŞ FİLTRE MELT - BLOWN / SPUN GEÇİRGENLİK 10 MİKRON BOYU 10 İNÇ	10	Adet				
2	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI KARBON FİLTRESİ	20	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Mobil Su sisteminde
Kullanılmak Üzere; Karbon Filtresi Şartnamesi

Konu:

Hastanemiz Hemodiyaliz Servisi Mobil Su sisteminde Kullanılmak Üzere ; Karbon Filtresi alım işini
Konu Alır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 1) BAKIM GEREKTİRMEYEN
- 2) İÇMESUYU VE SAF SU HATLARINDA KULLANIMA UYGUN
- 3) POLYESTER KEÇE SARGILI ATILABİLİR TİP 10" UZUNLUĞUNDA
- 4) İKİ TARAFI AÇIK TİP
- 5) ARITMA MALZEMESİ OLARAK HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN SIKIŞTIRILMIŞ
BLOCK HALİNDE GRANÜL AKTİF KARBON İÇEREN
- 6) KLORDAN VE DİĞER ORGANİK MADDELERDEN KAYNAKLANAN KOKU VE PARTİKÜL GİDERİMİ
İLE PESTİSİTLERİN VE KLORUN GİDERİLME, İŞLEMİNDE KULLANILACAK OLAN
- 7) ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAKSİMUM 45 °C OLAN
- 8) YÜKLENİCİ FIRMA ISO 9001 KALİTE BELGESİNE SAHİP OLACAK
- 9) YÜKLENİCİ FIRMA YEDEK PARÇA VE YETKİLİ SERVİS BELGESİ OLACAK.

Hayva NALBANT
(Diyaliz Üst. Hemşiresi)

Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araşt. Hastanesi
Biyomedikal Servis Şefi
Muhammed Mustafa YAVUZ

Uzm. Dr. Mehmet TUNCA
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 115445 - 114950 - 10487
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.



T.C

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Mobil Su sisteminde Kullanılmak Üzere; Partikül/Kartuş Filtresi Şartnamesi

Konu:

Hastanemiz Hemodiyaliz Servisi Mobil Su sisteminde Kullanılmak Üzere ; Partikül/Kartuş Filtresi alım işini Konu Alır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 1) BAKIM GEREKTİRMEYEN
- 2) İÇMESUYU VE SAF SU HATLARINDA KULLANIMA UYGUN
- 3) POLİPROPİLEN SPUN SARGILI.
- 4) ATILABİLİR TİP
- 5) 10" UZUNLUĞUNDA
- 6) 1 -5-25 MİKRON A KADAR PARTİKÜL TUTMA KAPASİTESİNE SAHİP TİPLERİ BULUNAN
- 7) İKİ TARAFI AÇIK POLİPROPİLEN MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLAN
- 8) SUDA BULUNAN, KUM, ,KİREÇ, PAS VE DİĞER İNCE PARTİKÜLLERİ TUTABİLEN.
- 9) ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAKSİMUM 45 °C OLAN
- 10) YÜKLENİCİ FİRMA ISO 9001 KALİTE BELGESİNE SAHİP OLACAK
- 11) YÜKLENİCİ FİRMA SU SİSTEMİ ÜRETİCİ FİRMANIN YEDEK PARÇA VE YETKİLİ SERVİS BELGESİ OLACAK.

Hayra MALBAŞI
(Diyaliz Servisi Hemodiyaliz)

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Filtre ve Kartuş Servisi
Mühür ve İmza Alanı

Uzm. Dr. Mehmet TUNCAI
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı
Diy. Tes. No: 15445 - 14950 - 10487
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.