

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.06.2022

İhale Kodu :22053  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **29.06.2022**tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MİKROTOM BIÇAĞI (DOKU İÇİN) DISPOSABLE	Kutu	30		
2	NUMUNE KABI 40 CC	Adet	4000		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**NUMUNE KABI 40 ml (NUMUNE KABI 40ml/20 ml solusyon)TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

- 1- Formalinli kaplar, polipropilen plastikten üretilmiş olmalı her türlü cerrahi müdahaleden sonra histolojik ve patolojik numuneler için uygun olmalıdır.
- 2- Alınan numuneler muayene yapılana kadar örneklerin muhafazasını ilk günkü gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 3- Kaplar, hacmine göre %50 oranında tamponlanmış %10'luk formalinli kullanıma hazır halde içermeli, bu içerik tortusuz olmalı ve her türlü biyopsi örneği için uygun olmalıdır.
- 4- Kapların üzerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu etikette, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler bulunmalıdır.
- 5- Formalinli kapların etiketlerinde, alınacak örneklerin bilgilerinin yazılması için uygun yerler bulunmalıdır.
- 6- Kapların her lotu için kalite kontrol sertifikası beyan edilmeli ve dokuya zarar vermediği belgelendirilmelidir.
- 7- İnce kesit alınmış ve tamamıyla şeffaf olan dokuların görülebilmesi için kap içindeki formalin renkli olmalıdır.
- 8- Boya maddesi hiç bir şekilde dokuya zarar vermemeli, uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyona girmemelidir.
- 9- İstenilen Kap 40 ml hacminde içerisinde 20 ml %10'luk formalin olmalı ve formalin sızdırmamalıdır.
- 10- Formalinli kaplar istenildiğinde, hastane ünitelerine göre kapak renkleri farklı olmalıdır.
- 11- Kapların etiketi Avrupa Birliği CLP standardının düzenlemesine göre yapılmalı ve etiket üzerinde tüm bilgilendirici notlar ile uyarıcı sembol ve açıklamalar yer almalıdır.
- 12- Kaplar CE işaretini içermelidir. Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) (98/79/EC IVDD) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların satın alma işlemlerinde; T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirim aranacaktır.

**Zahide KAYA**  
Lab. Teknisyeni

**Uzm.Dr. Marina TSAPLINA**  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 107511 Uzm.Tes.No: 97580  
Dr.Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

**Uz.Dr. Dila AERDEN**  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 105009 Uzm.Tes.No: 129499  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi



T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

### MİKROTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında rutin çalışmalarda parafin blok yapılmış doku örneklerinin kesilmesi için kullanılacaktır.
2. Tek kullanım özelliğinde olmalıdır.
3. Kesme açısı 35 derece olacaktır. Yüksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun olacaktır. Tek bıçak ile en az 30 adet blok kesecek kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan metal paslanmaz özellikte olmalıdır. Tüm mikrotom cihazları ve üzerindeki bıçak tutucusuna uygun boyutlarda olmalıdır.
5. Otomatik sürücü kaseti içinde her bir kutuda 50 adet bıçak bulunmalıdır.
6. Teklif edilen bıçak üzerinde dış ambalajı ile aynı olacak şekilde markası yer almalıdır. Bıçak üzerinde markası yoksa, mutlaka 3. Maddede belirtilen özelliklerin tümünü karşılamalıdır.
7. İthal olmalıdır.
8. İstenilen total miktarın tarafımızca belirlenecek sayıdaki kısmı, kemik gibi sert dokuları kesme özelliğinde olacaktır.
9. İstenmesi halinde en geç 3 (üç) iş günü içinde, orijinal etiketini taşıyan ambalajda, bıçak sürücü kutu içinde en az 10 (on) adet numune getirilecektir.
10. Alımı yapılan ancak, kullanım sırasında (geçen süreye bağlı olmaksızın) istenilen kalitede olmadığı tespit edilen ürün, 3 (üç) iş günü içerisinde ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.
11. Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.
12. Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
13. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir.
14. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendirilen temsilci/ ana firmanın ts 12426 standardını tse hizmet yeri yeterlilik belgesinde sunabilmelidir.
15. Teklif edilen ürünler 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

**Uzm.Dr. Gizem BİLGEN**  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 181797- Uzm. Tes. No: 147096  
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hastanesi

**Uzm.Dr. Marina TSAPLINA**  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 707511- Uzm. Tes. No: 147096  
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hastanesi

**Uz. Dr. Dilek AYERDEN**  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 129499- Uzm. Tes. No: 129499  
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hastanesi