

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.06.2022

İhale Kodu :22065
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.06.2022** tarih saat **14:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinhale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK TURNİKE CİHAZI (ÇİFT KANALLI)	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

OTOMATİK TURNİKE CİHAZI (ÇİFT KANALLI)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz çift ekstremitte ve RIVA ameliyatlarında kullanılabilir.
2. Cihaz bağımsız iki adet LED Display ekrandan oluşmalı, proximal ve distal kanalları birbirinden bağımsız olarak çalışmalıdır. Bu iki çıkış renk kodu ile belirtilmelidir.
3. Cihazda intravenöz bölgesel anestezi (IVRA) çalışma modu olmalıdır.
4. Cihaz 110-240V elektrik ile çalışmalıdır. Cihaz elektrik kesintisine karşı 4 saat süre ile cihazın çalışmasını sürdürecektir bataryaya sahip olmalıdır.
5. Cihaz çalışma frekansı 50-60 hz. Olmalıdır.
6. Cihaz kendi hava basıncını dahili bir hava motoru yardımıyla kendi üretebilir.
7. Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Sistem testi cihaz her açıldığında otomatik olarak yapılmalıdır.
8. Cihazın kasası ABS malzemeden oluşmalı ve hafif olmalıdır. Bu sayede kolay taşınabilir.
9. Cihazda eski teknoloji, hijyen açısından dezenfeksiyonu zor, analog manometre sistemi olmamalıdır. Cihaz kolay temizlenebilir olmalıdır.
10. Cihaz basınç ayarı 20- 650 mmHg arası 5 mmHg aralıklarla ayarlanabilir.
11. Cihazda alarm özelliği olmalıdır. Alarmlar önem derecesine göre görsel ve sesli olmalıdır alarm hata kodları ekranda yazmalıdır.
12. Hasta için tehlikeli bir durum olduğunda hem görsel hem de sesli alarm özelliği olmalıdır. Alarm ses seviyesi kademeli olarak ayarlanabilir.
13. Cihaz üzerinde on/off anahtarı ve batarya koruma sigortası bulunmalıdır.
14. Düşük basınç, düşük batarya kapasitesi, hava kaçağı, zaman aşımı ve cihaz başlangıcı kontrolleri için alarm sistemi hata kodları ekranda belirtilmelidir.
15. Cihaz batarya seviyesi tek bir tuşla ekranda görülmelidir.
16. Cihazda zaman ayarı bulunmalı zaman sayacı ayarlanan zaman üzerinden ileri ve geri sayım yapabilmelidir. Zamanlama alarmı ile uyarı süresi girilebilir.
17. Cihaz garantisi 2 yıl, yedek parça garantisi 10 yıldır.
18. Cihazla birlikte aşağıdaki turnike manşonları verilmelidir.
 - 1 3 adet 12 inç çocuk kol manşonu
 - 2 3 adet 18 inç yetişkin kol manşonu
 - 3 3 adet 30 inç yetişkin bacak manşonu
 - 4 3 adet 20 inç RIVA manşonu
 - 5 3 adet uzatma hortumu 3M
 - 6 1 adet taşıyıcı trolley
19. Yüklenici firma tarafından temin edilecek cihaz üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.10 yıl süresince ücret karşılığı üretici ve yüklenici firma cihaz arızalarına karşı yedek parça temin edeceğini taahhüt edecektir. Yedek parça fiyat listesi ürün ile teslim edilecektir.
20. Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen kalibrasyon hizmeti dışında kalan ve yüklenici firma tarafından verilecek kalibrasyonda bakım ve onarım hizmet sözleşmesine dahil edilecektir. Ayrıca,kullanılacak olan yedek parçalar

Hastane Müdürü
Anestezi Uzmanı

Dr. Ali ÖZKEÇECİ
Anestezi Uzmanı
No: 31909
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

sözleşme kapsamında olacaktır. Sözleşme birim fiyat bedelinin en fazla %5'i olan bu oran idarece uygun görülmesi kaydıyla, bakım ve onarım hizmet alımının 3 yıllık olması durumunda, 3 yıl için toplam en fazla %12 olarak uygulanacaktır.

21. Cihazla birlikte alınan yazılımlar var ise sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile birlikte verilen yazılımların son sürümleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
22. Mevcut cihazın periyodik bakımları (yılda iki kereden daha az olmamak kaydıyla) garanti süresince firma tarafından düzenli yapılacaktır. Cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik bakımlar da dahil olmak üzere) firma mühendisi tarafından en az üç nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek sağlık tesisi yöneticisinin belirleyeceği kurum sorumlusuna bir nüshası teslim edilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın arızalarını, yapılan müdahaleleri, periyodik bakım ve onarımlarını, cihazın mevcut durumunu içeren yıllık rapor, cihazın kurulumunu takip eden her yıl yüklenici firma tarafından Sağlık Tesisi Yöneticiliğine onaylatılacaktır.
23. Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
24. Yüklenici firma cihaz ile birlikte Türkçe kullanım klavuzunu ve servis kitapçığını teslim edecektir.
25. Cihazın garanti süresi boyunca bakımları, arızaları ve kalibrasyonları firma tarafından ücret talep edilmeden yapılmalıdır.
26. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.
27. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.

Hanif GAYR
Anestezist



