

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.07.2022

İhale Kodu :22092  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**


- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **06.07.2022** tarih saat **10:00**kadar [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com)

  
**Müslüm ALTUN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M.	Adet	1000		
2	NATUREL ALÇILI SARGI 15CMX2M..	Adet	6000		
3	NATUREL ALÇILI SARGI 20CMX2M	Adet	4000		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

**SMT3703 ALCILI SARGI**

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Alçı yöntemi ile tespiti gerektiren yaralanmalarda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünün sentetik, yarı sentetik ve kuru alçılı sargı çeşitleri olmalıdır. 3. Bu çeşitlerinde kullanım yeri ve amacına göre farklı boy ve ebat seçenekleri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	<b>ALCILI SARGI TİPİ:</b> 1. Ürün, ortopedik alçı sargı özelliklerine sahip olmalıdır. 2. Ürün, TSE standartlarında belirtilen sürede (2-8 dk.) donma özelliğine sahip olmalıdır. 3. Ürün, atel yapımına uygun olmalı ve atel uygulamasında atelin erken donmasına izin vermelidir. 4. Ürün, atelde fiil açılırken parçalanma, dağılma ve saçaklanma olmamalıdır. 5. Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofilyk olmalıdır. 6. Alçılı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır. 7. Alçılı sargıda kullanılan bez eksik olmamalı, kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb kusurlar bulunmamalıdır. 8. Tekli ve sağlam ambalajda su geçirmez özellikte paketlenmiş olmalıdır. 9. Sentetik alçı tipindeki ürünler Taşıma ve depolama esnasında paketlerin zarar görmesini engellemek amacı ile tampon görevi göreceğ gaz veya hava basılmış olmalıdır. 10. Ürün, rulolar halinde olmalı ve rulolar malzeme isimlerinde belirtilen genişliklerde ve uzunlukta olmalıdır.

Uzm. Dr. Basri CAN  
Acil Tıp Uzmanı  
Ersin Arslan Eğil. Ars. Hastanesi  
Dip. Tes. No: 150955

Uzm. Dr. Anduşselam AYDEMİR  
Acil Tıp Uzmanı  
Dr. Ersin Arslan Eğilim ve Arastırma Hastanesi  
Dip. Tes. No: 144004

Uzm. Dr. Gizem Coşkun YÜKSEL  
Acil Tıp Uzmanı  
Dip. Tes. No: 165883  
Dr. Ersin Arslan Eğilim ve Arastırma Hastanesi