

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.07.2022

İhale Kodu :22103  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **26.07.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ (MUHTELİF NUMARALAR) ALIMI	50	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ -FORSEPSİZ (griggs)

### TEKNİK ŞARTNAMESİ-

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren forseps yöntemi (griggs teknikli) perkütantrakeostomi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Teslimat ( 1 adedi tek blister paket içerisinde forseps ve diğer malzemelerinde bulunduğu forsepsli set olmak üzere) forsepsiz set olarak yapılmalıdır.
3. Setin forsepsiz set dışında forsepsli set ( tek blister paket içerisinde forsepsinde bulunduğu set) alternatifinin de olması gereklidir.Setlerin hepsinin veya bir kısmının forsepsli set olarak isteniyor olması durumunda ise ihale listesinde veya idari şartnamede veya teknik şartnamede bu durum belirtilmiş olmalıdır.
4. Set içinde; forsepsli teknikle kullanılan özellikli trakeostomikanülü ile bağı, trakeostomikanülüobtüratörü ,bistüri ,enjektör, 14G intravenözkanül, j uçlu rehber tel, tek dilatatör,
5. Setin içinde, özel olarak bu teknik için tasarlanmış olan ve tekniğin kullanımının bir gerekliliği olan obturatorunun ortası tüm hat boyunca, rehber telin geçebileceği kadar genişlikte hattı bulunan ve azotproksit geçirgenliği çok düşük olan kaflitrakeostomikanülü bulunmalıdır. Trakeostomikanülününobtüratörü bulunmalıdır.Obtüratörkanüle tam olarak oturmalıdır.
6. Perkütantrakeostomi kitinin içindeki özel üretim olan guidewire forsepsin kullanımı sırasında forsepsin ucuna ve kapatıldığında forseps ayaklarına sıkışmayacak ve bu sürede de rahat ilerletilebilmesine imkan verecek şekilde olmalı ve çapı 1.30 mm, J uç ile birlikte uzunluğu 45 cm ve telin üzeri PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
7. Set tek paketten oluşmalı, tüm malzemeler tek blister pakette olmalıdır.
8. Griggs teknikli Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setler de bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
9. Bu teknik için geliştirilmiş olan özel forsepsin markası sterilizasyon veya uygulama alanlarında diğer cerrahi aletlerle karıştırılmaması için setin markası ile aynı marka olmalıdır.
10. Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
11. Setin üzerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait olduğu ve forseps (griggs) yöntemiyle ilgili olduğunu gösteren ibare bulunmalıdır.
12. Forsepsin atravmatik forseps ayakları ve forsepsin ucu, içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.Forsepsin ucu atravmatik olması için yuvarlatılmış, künt uçlu olmalıdır.
13. Forsepsiz setlerdeki trakeostomikanülleri 7,0- 8,0 ve 9,0 numaralardan bir tanesini içermeli ve hangi numaradan bulunacağı idare şartnamede veya alım listesinde belirtilmiş olmalıdır.
14. Setler sert blister ambalajlarda olmalıdır.Kutu ve set üzerinde son kullanım tarihi, sterilizasyon şekli, trakeostomikanülünün boyu,çapı yazılı olmalıdır.
15. Gerekli olması durumunda ;Firmanın bu tekniğin forseps teknikli trakeostomi seti olduğunu ve dilatasyon için özel forseps kullanıldığını gösteren orijinal katalog ve dökümanlarının bulunması ve ürünün tekniğinin içinde forsepsinde olduğunu göstermesi istenmelidir. Firmanın verdiği malzeme yedek ürün (spare) olmamalıdır.Forseps cerrahi alet olarak değil, tekniğin dilatasyon aşamasında kullanılan özel dizaynli forseps olmalıdır ve katalogta herhangi bir forseps değil, tekniğe ait forseps gösterilmelidir.
16. Ürünün tekniğini anlatan ve forsepsin de dilatasyon için kullanıldığını gösteren orijinal CD/kaset verilmelidir.
17. Kutu içinde Türkçe kullanım kılavuzu ve ürünün kullanımını,paket içindeki parçaları gösteren kılavuz bulunmalıdır.

**Uzm.Dr.Beyza YEŞİLOĞLU**  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip.Tes.No:170473 / Uzm.Tes.142047

**Dr. Seyhan Gül TÜRKMEN**  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Uzmanlık Tescil No:126399  
Tıp Tescil No:122240

**Batkan ELMAS**  
GYBÜ Sorumlu Hemşire  
E. Elmas