

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.07.2022

İhale Kodu :22112
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **26.07.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BALON KATETERİ ERCP TAŞ ÇIKARMA	100	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

TAŞ ÇIKARMA BALON KATETERİ

- 1-Enjeksiyon, kılavuz tel ve balon inflasyonu için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
- 2- Kılavuz tel üzerindeyken enjeksiyon yapılabilirdir.
- 3- Distal enjeksiyon yapabilmelidir.
- 4- Balonun proximal ucu radyopak marker'lı olmalıdır.
- 5- 200 cm kateter uzunluğu bulunmalıdır.
- 6- Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 6Fr'e doğru incelmeli, önceden yuvarlatılmış (tapered) olmalıdır.
- 7- Balon, klinik ihtiyacına göre 9-12 / 12-15 / 15-18mm tercih olacak şekilde iki farklı çapta şişirilebilmelidir.
- 8- 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
- 9- Balon, taş çıkarımını sırasında mukavemetli yapısı olmalıdır. Patlama yada yırtılma konusunda dayanıklı olmalıdır.
- 10- Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
- 11- Pakette farklı balon çaplarını işaret eden enjektörler olmalıdır.
- 12- Ürünün "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı" olmalıdır.
- 13- Teklifte birlikte değerlendirme için 2 adet numune verilecektir. NUMUNESİZ ÜRÜN DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.

GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN E.A.H
Uzm. Dr. Ali BULGEN
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 5799
Dip. Tes. No: 149077

Uzm.Dr. Mesut GÜMÜŞSOY
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 159050
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr. Ünal TAŞDEMİR
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 140003
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi