

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.08.2022

İhale Kodu :22147  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirilir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **03.08.2022** tarih saat **10:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ACT (ETKİNLEŞTİRİLMİŞ PIHTILAŞMA ZAMANI ) TÜPÜ	1000	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## -TEK KANALLI ACT CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220v/50Hz şehir şebeke gerilimiyle çalışmalıdır.
2. Cihaz tek kanallı olmalıdır.
3. Cihaz üzerinde sıcaklık ve detektör indikatörü olmalıdır.
4. Cihaz Mikroprosesor kontrollü olmalıdır.
5. Kolay okunmasını sağlamak amacıyla ekranı LED ve büyük olmalıdır.
6. İstenildiği takdirde cihaza yazıcı ünitesi ilave edilebilmelidir, ölçülen parametre ve diğer bilgiler yazdırılabilmelidir.
7. Cihaz camdan ve plastikten yapılmış vakumsuz tüp ile test yapabilmelidir.
8. Cihazın ölçüm aralığı 0-1500 saniye arasında olmalıdır.
9. LED ekranda test sonuçları ve hata mesajları görüntülenmelidir.
10. Cihaz elektrik kesintilerine karşı batarya ile de çalışabilmelidir.
11. Cihaz hafif ve portatif olmalıdır.
12. Cihazda entegre ısıtıcı sistemi olmalıdır.
13. Cihaz tüpün hazneye yerleştirilmesiyle otomatik olarak ölçme işlemine başlamalıdır.
14. Cihaz kalibrasyon işlemi gerektirmeden çalışabilmelidir.
15. Cihaz kaolin, celite, glass bead ve max bazlı tüplerle çalışabilmelidir.
16. Cihaz ISO 9001 ve TURKAK tarafından akredite edilmiş belgeye sahip olmalıdır.
17. ACT Cihazlarının Sağlık Bakanlığı onayı, UBB kodu olmalı ve bu belgeyi ibraz etmelidir.

**Op. Dr. Gökalep GÜZEL**  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Uzm. Tescil No: 71298  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Op. Dr. Baha ÇİFTÇİ**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Diy. Tes. No: 89332  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan  
Devlet Hastanesi

**Op. Dr. Veli Eşref KAKASU**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Diy. Tes. No: 86071 Sicil No: 120770  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi