

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.08.2022

İhale Kodu :22166  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **10.08.2022**tarih saat **10:00**kadar [ersnihale@gmail.com](mailto:ersnihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersnihale@gmail.com](mailto:ersnihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI FİLTRESİ TERS OSMOZ MEMBRAN ALIMI	Adet	1		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C

**GAZİANTEP VALİLİĞİ**

**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

**DR. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Servisi, Mobil Su sisteminde Kullanılmak Üzere; Mebran Şartnamesi**

**Konu:**

Hastanemiz Hemodiyaliz Servisi Mobil Su sisteminde Kullanılmak Üzere Mebran alım işini Konu Alır.

**GENEL AÇIKLAMALAR**

**SAF SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MEMBRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
2. Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m<sup>3</sup>/gün dür
3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
4. Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
5. Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
6. 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
8. 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
9. Membrane yüzey alanı 7,2 m<sup>2</sup> dir
10. Membranlar 40 21 tipdir ( çap 4''
11. İhaleyi alan firma revizyon için gerekli olan malzemelerden ücret talep etmeyecektir.
12. Membran yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra membran dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
13. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 9001 -2016 sahip olmalıdır.

Havva NARBANT  
(Diyaliz Soğm. Hemsiresi)

Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araşt. Hastanesi  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri  
Mühürmet Mustafa YAYUZ

Uzm. Dr. Mehmet TUNCAY  
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 115445 - 114950 - 10487  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

14. Yklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
15. Yklenici firma TS kaydı bulunmalıdır ve hizmet durumu diyaliz olmalıdır.
16. Teklif veren firma rnn montajını ve dezenfeksiyonunu yapacaktır.

Havva NALBANT  
(Diyaliz Sorumlusu)

Dr.Ersin Arslan Eđt.ve Arařt.Hastanesi  
Biyoteknik Cihaz Merkezi  
Muharrem Mustafa YAVUZ

Uzm.Dr.Mehmet TUNCAY  
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:15445 - 114950 - 18467  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eđitimi ve Arařtırma Hast.