

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.08.2022

İhale Kodu :22202
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.08.2022**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 20 G 100 MM	Adet	500		
2	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 22 G 100 MM	Adet	300		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

SİNİR STİMLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU ULTRASONDA (USG) GÖRÜNÜR
PLEKSUS ANESTEZİ KANÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özel izole edilmiş ince ve şeffaf usg uyumlu parilen ile kaplı olmalıdır. Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
2. Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.Kanülündistal ucundan yukarıya doğru kısa-kısa-uzun olmak üzere en az 3 adet güvenlik çizgisi olmalı ve ultrason altında verdiği iki kısa bir uzun çizgi görüntüsü ile iğnenin ucunun yeri çok kolay bir şekilde tespit edilebilmelidir.
3. Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.
4. Ponksiyon kanülü, mükemmel bir şekilde kayma ve rahat giriş özelliklerine sahip olmalıdır.
5. Ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalı dik açılarda bile görüntü kalitesi kaybolmamalıdır. Ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir görüntü vermeli ve yanıltıcı yansımalara izin vermemelidir. Bu özellik numune denenerek tespit edilecektir.
6. Teklif edilecek ürünler hastanede kullanılmakta olan cihaz ile aynı marka olmalı , farklı marka teklif edilmesi halinde firma 2 adet Türkçe kullanımlı cihazı setler tükenene kadar ücretsiz kullanıma sunmalıdır.
7. Keskinliği ile Sinir dokusuna zarar vermeyecek şekilde 30⁰bileyli olmalıve bileyşekli yapısı ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.Kanül üzerindeki x veya benzeri özel işaretler sayesinde titreşim hareketlerinde ve dik açılarda dahi iyi bir görüntü vermelidir.
8. Değişik çap ve uzunluklarda olmalıdır:

Çap	G	Uzunluk
0.7 mm	22 G	50, 80 mm
0.9 mm	20G	100 mm
9. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürün uç yapısı,çap bilgisi gibi ürün hakkındaki tüm bilgilerbelirtilmelidir.
11. Ambalaj geri dönüşümözelliğinesahipolmalı ve üzerindebelirtilmelidir.

Uzm. Dr. Ali OĞUT
ANESTEZİ VE REANİMASYON UZM.
DIP. TES. NO: 83601 B.P. NO: 3505
Dr. Erişkin Eğitim Araştırma Hastanesi

Dr. Erişkin Eğitim Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 79637
Anestezi ve Reanimasyon Uzm.
Uzm. Dr. Filiz SARINERHİMETOĞLU

Uzm Dr. Şevki SARI
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 164668 Uzm. Tes. No: 129281
Dr. Erişkin Eğitim Araştırma Hastanesi