

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.08.2022

İhale Kodu :22204
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirilir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.08.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÇELİK TEZGAH DOLABI 70X85X55	1	Adet				
2	ÇELİK TEZGAH DOLABI 280X85X50	1	Adet				
3	ÇELİK DOLAP 230X75X50	2	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

ÇELİK TEZGAH DOLAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap 70x85x55 ölçülerinde 1 adet olacaktır.
- 2- Tezgah dolabın üstte 1(bir adet) alt kısımda yana açılır 2(iki) adet kapak olacaktır.
- 3- Kapak içlerinde 1(birer) adet bölme 2(iki) göz raf olacaktır.
- 4- Kapılar kulplu olacaktır.
- 5- Dolaplar paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- 6- Yüklenici firma imalattan önce verilen ölçüleri teyit etmek için tekrar alacaktır.
- 7- Montaj ve nakliye yükleniciye aittir.
- 8- Kullanılacak malzeme TSE standartlarında olacaktır.

MARANGOZ
M. Murat UZUN

İbrahim Kavun
Teknik Etiler Sorumlusu

Opr. Dr. Murat ARI
Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 6813 - Tes. No: 101120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

ÇELİK TEZGAH DOLAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dolap 280x85x50 ölçülerinde 1 adet olacaktır.
- 2- Tezgah dolabın sağ ve solunda 2(iki) adet yana kayar kapak orta kısmında 4(dört) adet çekmece olacaktır.
- 3- İç bölmeler yana kayar kapak içlerinde 1(birer) adet 2(iki) göz raf olacaktır.
- 4- Kapılar kulplu olacaktır.
- 5- Dolaplar paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- 6- Yüklenici firma imalattan önce verilen ölçüleri teyit etmek için tekrar alacaktır.
- 7- Montaj ve nakliye yükleniciye aittir.
- 8- Kullanılacak malzeme TSE standartlarında olacaktır.

MARANGOZ
M. Murat UZUN

Abdullah Arvuz
Teknik Şube Sorumlusu

Opr. Dr. M. ARİ
Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 6813- Fes. No: 104120
Dr. Ersin Arslan Hastanesi ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

