

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31.08.2022

İhale Kodu :22238  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.09.2022**tarih saat **10:00**kadar [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GEÇİCİ DİYALİZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ DÜZ, 11-12F(11-19 CM)	Adet	90		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATATERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavien ven, femoral ven ve tercihen juguler vene uygulanabilir yapıda ve çift lümenli olmalıdır.
2. Hemodiyaliz kateteri set şeklinde olmalıdır.
3. Hemodiyaliz kateteri seti en az aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır. Tüm parçalar şeffaf tek bir ambalaj içinde olmalıdır.
  - a. 12-12.5 F genişliğinde ve 16-20 cm boyunda çift lümenli kateter 1 adet
  - b. J tip guide wire (girişim iğnesi ve dilatatöre uygun) 1 adet (Kılavuz teli paslanmaz çelik olup, bir ucu J diğer ucu düz ve flexible olmalıdır.)
  - c. Uygun çapta seldinger girişim iğnesi 1 adet
  - d. Damar dilatatörü en az 1 adet
  - e. Luer kilitli enjeksiyon kapağı 2 adet
4. Kateter gövdesi ve boruları biyolojik uyumlu, radyopak ve ısıya duyarlı, damara zarar vermeyen poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşayarak içinde bulunduğu damara uyum göstermelidir. Kateterin gövdesi destekli sert olmalı, distal ucu ise yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı sürece damar irritasyonuna yol açmamalıdır. Ayrıca extension hat ve kateter gövde bağlantısı damara giriş yerinde kolayca kırılmamalı ve kırılmaya dirençli olmalıdır. Fibrin ve pıhtı oluşumunu en aza indirecek özellikte ve yapıda olmalıdır.
5. Kateter bağlantı boruları şeffaf olmalı ve arter bağlantısında KIRMIZI; ven bağlantısında MAVİ güvenlik klempleri bulunmalıdır. Kateter bağlantı boruları juguler kateter için "Y" şeklinde olmalıdır
6. Malzemeler steril orijinal ambalajında, ambalaj üzerinde, son kullanma tarihi sterilizasyon tipi, tarihi ve lot numarası olmalıdır.
7. Kateter tespiti için dönerli sutur bağlantısı bulunmalıdır.
8. Ölü hacim ve kateter uzunluğu ve çapı gibi bilgiler klemplerin yanlarında yazılı olmalıdır.
9. Hastanelerin talepleri doğrultusunda istenilen kateter boyutları belirtilecektir. Firma bu ölçülerde katateri bulundurduğunu ihale öncesi göstermeli ve ihale sonrası istenilen boyutta kateteri teslim etmek zorundadır.

Birim Sorumlusu

F. S. L. İ. Z. R. Y. K.

F. S. L. İ. Z. R. Y. K.

Uzm. Dr. Mehmet TUNCAY  
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 115445 - 114950 - 10487  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Uzm. Dr. Bulent AKGÜL  
Tescil No: 93863 - 61868 - 79091  
Nefroloji ve Dahiliye Uzmanı  
Dr. Ersin Arslan Gaziantep Eğt. Arş. Hast.