

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.10.2022

İhale Kodu :22351
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **11.10.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GENEL CERRAHİ ÖRTÜSÜ SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	1400	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

GENEL CERRAHİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Örtülerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere minimum 55 gr/m² ağırlıkta nonwoven kumaştan imal edilmiş olmalıdır. Operasyon alanında kullanılacak olan bu örtüler, cildin nefes almasına izin verecek ancak su, alkol ve benzeri sıvıları absorbe ederek ortamdaki uzaklaştırarak ve kumaş bünyesinde muhafaza edecek nitelikte iki katlı ve/veya 3katlı emici kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Set içerisinde kullanılacak olan önlükler en az 58 gr/m² olmalı ve ön kısımları ile omuzdan bileklere kadar olan kısımda ek bir takviye kumaşı olmalıdır ve bu kumaş kesinlikle emici nonwoven olmalıdır.
3. Önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kuşaklar önlük gövdelerine kolayca kopmayacak şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Dış iki kuşak sterilliği bozmadan kolayca bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.
4. Kol manşetleri 8-10cm uzunluğunda tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta ve ter emici özellikte olmalıdır.
5. Önlüklerdeki yaka genişliği kullanılan velcro ile ayarlanabilir olmalıdır.
6. Önlükler kolay ve sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde olmalıdır.
7. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalı, üzerlerinde yazılı veya resimli örtü açılış yönlerini gösteren etiketler bulunmalıdır.
8. Örtülerde kullanılacak cilt bantları medikal amaçlı üretilmiş olmalı ve minimum 5*90 cm ölçülerinde olmalıdır. Ve bantların kısa kenarlarında bantların kolay açılmasını sağlayacak fingerlift bulunmalıdır.
9. Alet masa örtüsü 150*200 cm ebatlarında olmalıdır.
10. Alet masa örtüsü iki katlı yapıda, alt tabakası sıvı penetrasyonu engellemek için polietilen, üst tabakası emici medikal nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır.
11. Alet masa örtüsünün polietilen tarafının ortasında, masaya sabitleyebilmek için 5*5cm ebatlarında çift taraflı bant bulunmalıdır.
12. Sette kullanılacak olan kumaşlar, operasyon esnasında hekimin gözünü yormaması için medikal mavi veya yeşil renkte olmalıdır ve antialerjik – antibakteriyel özelliklere sahip olmalıdır.
13. Paketlemede kullanılan torba, bir yüzü medikal polietilen ve diğer yüzü medikal kağıt olan özel bir malzemeden üretilmiş olmalıdır ve paketleme torbasının üzerinde etilen oksit sterilizasyon işaretlemesi bulunmalıdır.
14. Ürünler etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
15. Ürünlerin raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
16. CE belgesi olmalı ve CE Belgesi TÜRKAK onaylı olmalıdır.
17. Üretici firmanın ISO 13485 belgesi bulunmaktadır.
18. UBB sistemine kayıtlı olmalıdır.
19. Ürün etiketi üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.
20. Setin içerisinde
 - a. 1 adet 150*240 cm ebatlarında cilt bantlı anestezi örtüsü,
 - b. 1 adet 150*175 cm ebatlarında cilt bantlı örtü,
 - c. 2 adet 75*90 cm ebatlarında cilt bantlı ayak örtüsü,
 - d. 1 adet 150*200 cm ebatlarında alet masa örtüsü,
 - e. 1 adet 78*145 cm ebatlarında mayo masa örtüsü
 - f. 2 adet 10*50 cm ebatlarında op-tape,
 - g. 2 adet XL Korumalı Cerrahi Önlük,
 - h. 40*40 cm ebatlarında 2 adet medikal havlu bulunmalı,

Ve tüm bu ürünler alet masa örtüsü boğçalandıktan sonra 75*75 cm'lik krepe ile tekrar boğçalanmalıdır.

T.C.S.B. Gaziantep Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Mehmet Vakıf SKİVALÇKI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
El Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No : 128652

Özge
Ameliyathane Sorumlusu

Op. Dr. Sırdar ÜNER
Dr.Ersin Arslan Egt. ve Arş. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı
Dip. Tes. No: 124534