



T.C.
GAZIANTEP VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PİYASA ARAŞTIRMASI

Hastanemize bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacına istinaden yapılacak olan **"1 Kalem ACT Tüpü Alımı"**, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun hükümleri gereğince temin edilecektir.

Yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların **11/10/2022** tarihi mesai saati bitimine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya atilla.bigis@saglik.gov.tr mail gönderilmesini rica ederim. **Tel:0342 221 0700 (1042)**

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

No	Malzeme Adı/Nevii	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ACT (Etkinleştirilmiş Pıhtılaşma Zamanın) Tüpü	8.0000	Adet		
Toplam Bedel					

ACT TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ACT Tüpleri plastikten yapılmış olmalıdır.
2. ACT Tüpleri vakumsuz olmalıdır.
3. ACT Tüpleri kapaklı olmalı, kapak yukarı doğru açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
4. ACT Tüpleri kapakları renk kodlu olmalı, gri veya siyah renk kodlu kapak yüksek heparin seviyesi ölçmeye uygun olmalıdır.
5. ACT tüpleri içinde kanı aktivite etmek için aktivitör olarak Celite, Kaolin ve GlassBeads olmalıdır.
6. ACT Tüpleri 0,5 ml taze kan numunesi ile çalışmalıdır.
7. ACT Tüplerinin normal değerleri 105 sn. ve 130 sn. arasında olmalıdır.
8. ACT Tüpleri içinde Kan ile Karışım aktivitörleri Homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacak mikser olmalıdır.
9. ACT Tüpleri içerisinde pıhtılaşma anında cihazın okumasına yardımcı olan mıknatıs bulunmalıdır.
10. Tüplerde Bar Code etiketi bulunmalıdır.
11. Test tüplerinin alt kısmı oval olmalı ve bu şekilde kloting alanını minimize etmelidir.
12. ACT Tüpü ve ACT Cihazlarının Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kodu olmalı ve bu belgeyi ibraz etmelidir.
13. ACT Tüplerinin kullanımı süresince ihaleyi alan firma 5 adet cihazı kliniğimize bırakacaktır.

Teknik özellikleri belirtilen ACT tüpleri aşağıda Teknik Özellikleri belirtilen cihazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Op.Dr. Mustafa KARLI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No:6815- Tes. No:12114- İhtisas No:104120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi GAZİANTEP


Op.Dr. Veli Esref KABASU
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Uzm. Tes. No: 126077 Sicil No: 120170
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Opr. Dr. Yavuz ARSLANROĞLU
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 106114 Sicil No:90523
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pervin YEŞİLEL
K.V.C. Kliniği
Perfüzyonist Sorumlusu
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEK KANALLI ACT CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Cihaz 220 V / 50 Hz şehir şebeke gerilimiyle çalışmalıdır.
2. Cihaz tek veya iki kanallı olmalıdır.
3. Cihaz üzerinde sıcaklık ve dedektör indikatörü olmalıdır.
4. Cihaz Mikroprosesor kontrolü olmalıdır.
5. Kolay okunmasını sağlamak amacıyla ekranı LED ve büyük olmalıdır.
6. İstenildiği takdirde cihaza yazıcı ünitesi ilave edilebilmelidir yada cihazın dahili yazıcısı olmalıdır, ölçülen parametre ve diğer bilgiler yazdırılabilmelidir.
7. Cihaz camdan ve plastikten yapılmış vakumsuz tüp ile test yapabilmelidir.
8. Cihazın ölçüm aralığı 0-1500 saniye arasında olmalıdır.
9. LED ekranda test sonuçları ve hata mesajları görüntülenmelidir.
10. Cihaz elektrik kesintilerine karşı batarya ile de çalışabilmelidir.
11. Cihaz hafif ve portatif olmalıdır.
12. Cihazda entegre ısıtıcı sistemi olmalıdır.
13. Cihaz tüpün hazneye yerleştirilmesiyle otomatik olarak yada start tuşu ile ölçme işlemine başlamalıdır.
14. Cihaz kalibrasyon işlemi gerektirmeden çalışabilmelidir.
15. Cihaz kaolin, celite, glass bead ve max bazlı tüplerle çalışabilmelidir.
16. Cihaz ISO 9001 ve TURKAK tarafından akredite edilmiş belgeye sahip olmalıdır.


Opr. Dr. Murat ARI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 6815 - Tes. No: 12414 - İltisat No: 104120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP


Opr. Dr. Nevve Atgün Özoğlu
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 100014 Sicil No: 70526
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Op. Dr. Naci Esret KARASU
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 12801 Sicil No: 120770
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi


Feriye YEŞİLEL
V. S. Kimliği
Perfüzyonist Cerrahisi
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi