

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.10.2022

İhale Kodu :22416  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.10.2022** tarih saat **10:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL İMPLANT LOCATOR ATAÇMAN	1	Adet				
2	HELİKS TİP YUVARLAK ELMAS TUR UCU 1/70 MM	9	Adet				
3	KESİCİ TUR UCU BLADE 30 DERECE AÇILI	8	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



## TEKNİK ŞARTNAME

### (KESİCİ TUR UCU)

- 1- Hastanemizde bulunan İndigo Tur motoru Handpiece'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Yuvarlak, ince kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı TitaniumNitride kaplı ve/veya tungstencarbide olmalıdır.
- 3- Otolojik cerrahilerde 52.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 4- Baş çapları 1-2-3-4-5-6mm, uzunlukları ise 64 ile 79mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 5- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 6- Steril 1 veya 5 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 7- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

-31062064 2 adet  
-31312070 2 adet  
-3127653 2 adet  
-3127655 2 adet

*Toplam 8 Adet*

## TEKNİK ŞARTNAME

### (ELMAS TUR UCU)

- 1- Hastanemizde bulunan İndigo Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı TitaniumNitride ile kaplanmış olmalıdır.
- 3- Otolojik cerrahilerde 80.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir.
- 4- Baş çapları 1-2-3-4-5-6mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir.
- 5- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 6- Steril 1 veya 5 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 7- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

-31131071 2 adet  
-31132070 2 adet  
-31102076 2 adet  
-31114075 3 adet

**Doç.Dr. Sedaattin GÜLŞEN**  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
K.B.B. Uzmanı  
Dip.No: 145046

**Op.Dr. Burcu SAYGILI KAYA**  
K.B.B. Uzmanı  
İs.Tes.No: 166190 Sicil No: Dr168578  
Gaziantepe Dr. Ersin Arslan Eğitim  
ve Araştırma Hastanesi

**Yunus İNCE**  
Sağlık Memuru

*Toplam 9 Adet*




## TEKNİK ŞARTNAME

(TUR MOTORU EĞRİ HANDPIECE)

- 1- Motora bağlanabilen eğri handpiece, motor kablo ile aynı marka olmalıdır.
- 2- Handpiece ile titanyum nitrit kaplı paslanmaz çelik kesici ve elmas tur uçları kullanılabilmelidir.
- 3- Rahat görüş ve ergonomi açısından eğri handpiece 11,5±2cm olmalıdır.
- 4- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi gereklidir.
- 5- Ameliyathanemizde kullanılan İndigo Tur Motoru ile uyumlu olmalıdır.

1 (Bir) Adet

  
Doç.Dr. Secattin GÜLŞEN  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
KBB Uzmanı  
Dip.No: 145046

  
Op.Dr. Burcu SAYGILI KAYA  
K.B.B. Uzmanı  
Jis.Tes.No: 166190 Sicil No: Dr168578  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim  
ve Araştırma Hastanesi

Yunus İNCE  
Sağlık Memuru

