

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.11.2022

İhale Kodu :22494
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 24.11.2022 tarih saat 10:00kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinhale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BLOOD AGAR(HAZIR BESİYERİ)	Adet	5000		
2	EMG AGAR HAZIR PLAK BESİYERİ	Adet	5000		
3	SS AGAR BESİYERİ.	Adet	500		
4	ÇİKOLATA AGAR PLAK BESİYERİ	Adet	1000		
5	VRE KROMOJEN AGAR(VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEREKOK)	Adet	1000		
6	MÜLLER HİLTON AGAR	Adet	500		
7	MANNİTOL SALT AGAR BESİYERİ	Adet	200		
8	TSİ(TRIPLE SUGAR IRON)HAZIR BESİYERİ	Adet	500		
9	ÜRE AGAR HAZIR BESİYERİ	Adet	500		
10	SİTRAT AGAR.	Adet	500		
11	MİO AGAR (MOTİLİTE İNDOL ORNİTİN HAREKETLİLİK İNDOL ORNİTİN)	Adet	500		
12	BRUCELLA(TÜP AGLÜTİNASYONU(WRIGHT))	MİLİLİT RE	2500		
13	BRUCELLA AGLÜTİNASYONU(COOMBS ANTİSERUMU İLE)	Test	1000		
14	BRUCELLA LAM AGLÜTİNASYON TESTİ(ROSE BENGAL)	Test	5000		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEME İHTİYACI

Malzeme	Miktar	Birim
1. Kanlı Agar	5000	adet
2. EMB Agar	5000	adet
3. SS Agar	500	adet
4. Çikolata Agar	1000	adet
5. VRE kromojenik Agar	1000	adet
6. Mueller Hinton Agar	500	adet
7. Mannitol Salt Agar	200	adet
8. TSI hazır besiyeri	500	adet
9. URE besiyeri	500	adet
10. SİTRAT besiyeri	500	adet
11. MİO besiyeri	500	adet
12. Brucella Tüp Aglutinasyon Testi	2500	mL
13. Brucella Coombs Testi	1000	test
14. Brucella Rose Bengal Antijeni	5000	test

1,2,3,4,5,6,7. KALEM Kullanıma Hazır Besiyeri TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş naylon ambalajlarda bulunmalıdır.
- Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
- Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
- Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
- Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini, miadı yaklaşan ürünleri değiştireceğini taahhüt etmelidir.
- Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
- Laboratuvarın talep etmesi durumunda besiyerleri firma tarafından 48 saat içinde teslim edilmelidir.
- Ürünler laboratuvarın talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilmelidir.
- Besiyerlerinin internal kalite kontrolü için gerekli suşlar firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
- Besiyerleri 90 mm'lik petriyelerde kullanıma hazır olmalıdır.
- Üretici firma, CLSI/EUCAST normlarda üretim yapmalı ve aktif CLSI/EUCAST üyeliği olmalı ya da besiyerlerinin kalite kontrol belgelerine ulaşılabilir.

8,9,10,11 KALEMLER HAZIR TÜP BESİYERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hazır besiyerleri 120 mm'lik tüplerde olmalıdır.
- Steril ambalajlar içinde paketlenmiş olmalıdır
- Her besiyerinin üzerinde üretici firma adı, besiyeri adı, lot numarası, son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- En az 6 ay miyadlı olmalıdır.
- Teklif edilen ürünler laboratuvarında denendikten sonra kabul edilecektir.

Uzm. Dr. Hüseyin ALPASLAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 74104
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm. Dr. Yelda DEMİR
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 140762
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm. Dr. Ersin Arslan
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 95208
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

12. KALEM Brucella Tüp Aglütinasyon Testi (WRIGHT)

- Teklif edilen malzemeler serumda Brucella cinsi bakterilere karşı oluşmuş antikorların, tüp aglütinasyon veya tüp dilüsyon karşılığını gösteren, aglütinasyonunu araştırmak için kullanılacak gerekli (RENKLİ) antijenleri içermelidir.
- Teklif edilen kit ve kontrol orijinal ambalajında olmalı; ambalajın üzerinde seri numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
- Kutuların ve kutu içerisindeki tüm solüsyonların üzerinde lot numaraları, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
- Lam aglütinasyon testlerini içeren kutular içerisinde çalışma için gerekli tüm malzemeleri içermelidir (karıştırıcı çubuk, aglütinasyon değerlendirme kartları vs).
- Firma şartnamede belirtilen bütün lam ve tüp testlerine teklif vermelidir.
- Tüp aglütinasyonlarda teklif verilen şişeler max. 100 ml hacimde olmalıdır.
- Kutular içerisindeki kitlerin bozuk çıkması ve çalışmalarda hatalı sonuçlar vermesi durumunda firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

13. KALEM BRUCELLA CAPT (BRUCELLA COOMBS) TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Brucelloz tanısında kullanılacaktır.
- Kit ,Brucella aglütinasyon testi ve coombs testini birlikte çalışmaya uygun olmalıdır.
- Brucella abortus, Brucella melitensis ve B.suis subtiplerine karşı oluşan antikorları tespit edebilmelidir.
- Brucellozda oluşan aglütinan IgG, IgM , IgA ile nonaglütinan IgG VE Ig A ları tespit edebilmelidir.
- Test mikropklarda çalışılmalı ve pleytlerin kuyucukları Anti Human immunglobulinlerle kaplı olmalıdır.
- Kutu içerisinde testin doğruluğunun kontrolü için gerekli olan pozitif ve negatif kontrollerde mutlaka bulunmalı ve yeterli miktarda antijen ve dilüent bulunmalıdır.
- Kutuların ve kutu içerisindeki tüm solüsyonların üzerinde lot numaraları, son kullanma tarihleri ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Miadı geçmeye yakın olan kitler yenisi ile değiştirilebilir.
- Dilüent bittiğinde haricende temin edilmelidir.

14. KALEM Brucella Rose Bengal Antijeni TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kitler serumda Brucella abortus türlerinin antikorlarını saptamaya yönelik lam aglütinasyon testi olmalıdır.
- Brucella grup aglütinasyon testleri, negatif ve pozitif kontrollerini de kutu içerisinde veya haricen içermelidir.
- Lam aglütinasyon testlerini içeren kutular içerisinde çalışma için gerekli tüm malzemeleri içermelidir (karıştırıcı çubuk, aglütinasyon değerlendirme kartları vs).

Uzm. Dr. Buket ALPASLAN
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 74104
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm. Dr. Yelda DEMİR
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 140782
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm. Dr. Ömer CİRİT
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 95286
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP