

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.11.2022

İhale Kodu :22517  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.12.2022**tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK PİPET SETİ 8 KANALLI	Adet	1		
2	U TABANLI PLATE (96 BÖLMELİ)	Adet	25		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



## OTOMATİK 8 KANALLI PİPET SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).
2. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli polipropilen olmalıdır.
3. Pipetler 8 kanallı olmalı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.
4. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilirdir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.
5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;
  1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı
  2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.
6. Pipetler 30-300µl aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
7. Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
8. Pipetlerde kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
9. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu (hem Türkçe hem İngilizce) bulunmalıdır.
10. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilirdir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.
11. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.
12. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
13. Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.
14. Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.
15. Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.
16. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
17. Otoklavlanabilir 5 TANE V hazne ile birlikte teslim edilmelidir.
18. Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır.

UZM. DR. YELDA DEMİR  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 140782  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

UZM. DR. SEZER CİRİT  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 95208  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

UZM. DR. BURAK ALPASLAN  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 74104  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

## 96 KUYUCUKLU PLATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 96 kuyucuklu olmalıdır.U tabanlı olmalıdır.
2. Her bir plate ve kapak tek tek steril ambalajlanmış olmalıdır.
3. Steril kapağıyla birlikte teslim edilmelidir
4. Toksik olmamalıdır.
5. Her bir kuyucuğun çalışma volumü 25-250 mikrolitre arasında olmalıdır.

**Uzm.Dr.Yelda DEMİR**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes.No:140782  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

Uzm.Dr. Ersin Arslan  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 95208  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

**Uzm. Dr. Buket ALPASLAN**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 74104  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP