

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.11.2022

İhale Kodu :22519  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.11.2022** tarih saat **17:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VİDA KRANİYAL MİNİ PLAK İÇİN TİTANYUM ALIMI	400	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## DÜŞÜK PROFİL PLAK SİSTEMİ

### 1-PLAKLAR

**Düz Plaklar;** 2 delikli plaklar( 8-12mm merkez aralıkta), 4 delikli plaklar (6-8-10mm merkez aralıkta),6 delikli plaklar (12mm),ve 8-16-18-30 delikli plaklar olmalıdır.

**L plaklar;** Sağ ve sol olmak üzere 4 delikli ( 6-8-10-12mm merkez aralığında),5 delikli (12mm merkez aralığında) olmalıdır.

**T plaklar;** 4 delikli (8-12mm merkez aralığında),5 delikli (10mm merkez aralığında),6 delikli ve double 6 delikli plaklar olmalıdır.

**Y plakalar;** 5 delikli (12-16mm merkez aralığında),double 6 – 7 delikli ve 6 double (8mm merkez aralığında)plaklar olmalıdır.

**Orbital Plaklar;** 4-6-8-10 delikli plaklar olmalıdır.

**Beşgen Kanallı Plakalar;** Çapları 7mm-10mm-14mm olmalıdır.

**Kare Plaklar;** 4-6-8-24 delikli olmalıdır.

**Dikdörtgen Plaklar;**4-6-8-24 delikli olmalıdır.

**Neuro Gap Plakları;**Small,medium,large seçenekleri olmalıdır.

**Neuro Sub-temporal Plaklar;**Small ve large seçenekleri olmalıdır.

**Düz Mesh Plaklar;**

60x60x0.1mm,120x60x0.1mm,120x120x0.1mm,60x60x0.2mm,120x60x0.2mm,120x120x0.2mm ebatlarda olmalıdır.

**Delikli Mesh Plaklar;**80x50x0.3mm,80x50x0.6mm ebatlarda olmalıdır.

### 2-VİDALAR

**+ (artı)Başlı Vidalar;** 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-17-19mm)uzunluklarında,1.9mm çapında(5-7-9-11mm)uzunluğunda hem self tapping özellikte hem de self drilling özellikte vidalar olmalıdır.

**# (kare) Başlı Vidalar;** 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-17-19mm) uzunluklarında.1.9mm çapında(5-7-9-11mm)uzunluğunda hem self tapping hemde self drilling özellikte vidalar olmalıdır.

### 3-CERRAHİ SET

Set içerisinde plak kesici,plak tutucu,plak bükücü,plak sabitleyici kanal tutuculu,vida sürücü,vida tutucu,sabit vida sürücü,mesafe ölçer 30mm ye kadar,1.3 drill 31-34-47-50mm uzunluğa kadar,

4-Set içerisinde tüm implant ve el aletlerinin ayrı ayrı yerleri olmalı ve isimleri yazmalıdır.

5-Tüm plaklar 1.6mm ve 2.0mm kalınlığında olmalıdır.

6-Tüm implantlar, titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.

7- Yüklenici firma, teslim edilen ürünler ile birlikte vaka esnasında gerekli cerrahi uygulama set, aparat ve aksesuarlarını temin etmelidir. Cerrahi uygulama setleri şu özellikte olmalıdır;

a. Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları, korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.

b. Cerrahi uygulama aletleri, kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.

8. Teklif edilen ürünlerin tamamı, MR görüntüleme ferromanyetik etki oluşturmayacak özellikte olmalıdır.Teklif edilen ürünlerin ve enstrümanların tamamı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

9. Yüklenici firma, vereceği ürün ölçülerini kliniğin ihtiyaçlarına göre belirleyecek, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçülerdeki ürünleri istenilen ölçüdeki ürün ile değiştirmeyi kabul edecektir.

10. Ürünler, CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

11. Yüklenici firma, ürünlerin vaka esnasında steril şartlarda sunumunu sağlamalı ve ürünlerin parti seri (LOT) numarası ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.

12. Malzemeyi teklif eden firma, distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

13. Üretici firma tarafından teslim edilen malzemelerin orijinal olduğu, firma kodları, üretim parti seri numaraları ( LOT no ) ve teslim edilen adetleri belirtir liste ile yazılı olarak garanti edilmiş olmalıdır.

**Op.Dr. Aykut SEZER**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 1710/98143  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Op.Dr. Halit ŞENSOY**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 158610  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Op. Dr. Şahin KIRMIZIGÖZ**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 68250 - Uzm.Tesc.No: 148776  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi



14. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
15. Teklif edilen ürünler, ulusal bilgi bankası onayına sahip olmalı, onaylı ürün (barkod) numarası teklif ile birlikte sunulmalıdır.
16. Yüklenici firma, ürünlere ait marka adı, barkod numarası üretici firma adı, varsa model numarası, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini teklif ile birlikte sunmalı ve ayrıca ürün ile birlikte teslim etmelidir.
17. Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunmalıdır.

**Op.Dr. Aykut SEZER**  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 158710/98143  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Op.Dr. Halit SENSOY**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 158710  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Op. Dr. Şahin KIRMIZIGÖZ**  
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 158710 - Uzm. Tesc. No: 148776  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi