

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15.11.2022

İhale Kodu :22484
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **18.11.2022**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SAFLAŞTIRMA/DİSTİLASYON-YUMUŞATMA CİHAZLARI,DİYALİZ SİSTEMİ TERS GEÇİŞİM/REVERSE OSMOSİS TAŞINABİLİR SU ARITMA CİHAZI	Adet	1		
Genel Toplam (KDV Hariç)					


Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

**DOUBLE PASS (ÇİFT GEÇİŞLİ) MOBİL REVERSE OSMOSİS SU
ARITMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1 Reverse Osmosis cihazı kompakt ve tamamı paslanmaz kapalı şase içinde olmalı.
- 2 Cihazın ürün su kapasitesi en az 100lt/saat olmalı.
- 3 Üretilen su kalitesi Avrupa farmakopedansı değerlerine uygun olmalı.
- 4 Tuz tankı hariç bütün üniteler kapalı kasa içinde olmalı
- 5 Cihaz 4 teker üzerinde hareket edebilmeli ve 2 tekerinde fren tertibatı olmalı.
- 6 Cihazda su giriş regülatörü olmalı
- 7 Cihazda tandem yumuşatma sistemi olmalı ve uygun ebatlarda tuz tankı ile birlikte verilmeli.
- 8 Cihazda 10 veya 20"(inç) ebatlarında 1 mikron filtre olmalı.
- 9 Cihazda 20" ebatlarda aktif karbon kartuş filtre olmalı.
- 10 Cihazda 20" ebatlarında blok aktif karbon filtre olmalı.
- 11 Cihazda düşük basınç sviçi olmalı.
- 12 Cihazda yumuşatma sonrası numune alma vanası olmalı.
- 13 Cihazın membran filtrelerine ve hemodiyaliz cihazına yeterli debi ve basınçta su sağlayabilecek motor ve pompası olmalı.
- 14 Cihazda membran giriş basıncını görebilmek için manometre olmalı.
- 15 Cihazda 3 adet membran filtre olmalı (40x21 ebatlarda)
- 16 Cihazda 3 adet membran filtre kılıfı olmalı. Bu kılıflar paslanmaz veya frp yapıda olmalı.
- 17 Cihazda uygun yerlere çek valf takılmalı.
- 18 Cihazda ürün su miktarının görülebilmesi için akış ölçer (flowmeter) olmalı.
- 19 Cihazda ürün su iletkenliğini ve su sıcaklığının görülebilmesi için iletkenlik cihazı olmalı.
- 20 Cihazda ultraviyole sterilizatörü olmalı.
- 21 Cihazda membran giriş/çıkış ve hat basınçlarını gösteren manometreler olmalı.
- 22 Cihazda akış düşürücü olmalı.
- 23 Cihazda endotoksin filtre olmalı ve konnektörler vasıtası ile kolay sökölür takılır olmalı. Konnektörler paslanmaz yapıda olmalı.
- 24 Cihazda elektrik kontrol panosu diğer bölümlerden izole olmalı.
- 25 Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacak.Bu garanti,üretici ve/veya satıcı firma tarafından taahhüt edilecektir.
- 26 Teklif edilen cihaz T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 27 Malzeme ve işçilik hatalarına karşı, üretici ve satıcı firma,garanti süresi sonrası 10 yıl için servis temini ve yedek parça bulundurma taahhüdü verecektir.Temsilci firma,garanti süresi içerisinde üretici tarafından tavsiye edilen periyodik koruyucu bakımlarını ve güvenlik kontrollerini yapmak,arıza bildirimlerinde de 24 saat içinde arızaya müdahale edebilecek yetkili teknik servis ağına sahip olmalıdır. Firma,arızalı cihazı en fazla 10 iş günü içinde çalışır duruma getirmelidir.

DR.ERSİN ARSLAN
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ünal BOZKURT
Hemodiyaliz Teknisyeni



DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
Mehmet Fatih TAŞ



Ünal Dr. Mehmet TAŞ
Diy. Tes. No: 14950 - 14950 - 10487
Dahilî ve Merhûlî Uzman
Gaziantep Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hast.

