

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.01.2023

İhale Kodu :22630  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **01.02.2023** tarih saat **10:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Gül AKSU**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG	5.000	Kilogram				
2	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT	2.000	Litre				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza



T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Tablet tuz Hemodiyaliz ünitesinin yumuşatıcılarının rejenerasyonunu sağlamak için, üretilmiş olmalıdır.
2. Yumuşatıcıdaki, tutucu reçinelerdeki tortu halindeki tüm maddelerin çözünürlüğünü sağlamalıdır.
3. Kaya tuzundan; ultra (en az 2) tam rafine olmalıdır.
4. Tuz; homojen beyaz, sıkıştırılmış tabletler halinde olmalıdır.
5. Suda çözüldüğünde, çözeltilisi berrak olmalıdır. Su yüzeyinde çamur tabakası ve köpüklenme olmamalıdır. Tuz; suya dayanıklı ve çabuk erimemelidir.
6. Ağır metallere, iyonlardan ve yabancı maddelerden (tortu, çamur, kum, kil vs) arındırılmış analitik safılıkta olmalıdır.
7. 25 kg 'lık torbalar halinde, dışı polipropilen jüt, iç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.
8. Tuz torbalarının üzerinde firma adı, üretim tarihi, miktarı, TSE onayı gibi bilgileri tam ve okunaklı olmalıdır.
9. Numunelerde üretici firma adı olmalıdır. Numuneler normal olmasına rağmen, ihale sonrası sevki yapılan tuzdaki yabancı maddelerden dolayı; reversosmos filtrelerinin optimum seviyede çalışmasının engellenmesi yada filtrenin valf sisteminin zarar görmesi durumunda yüklenici firma zararı karşılamakla yükümlüdür ve tuz iade edilir.
10. İhale sonrası gerek duyulması halinde, tuzun teknik şartnameye uygunluğu ile ilgili analiz yaptırılacaktır. Analiz bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Havva NALBAN,  
(Diyaliz Sorm. Hemşiresi)

Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi  
Mühürleme Birimi

Dr. Hilmi GEZER  
Hemodiyaliz Hekimi  
Dipl. Tes. No: 19319 Dip. No: 1591  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. 5(beş) litrelik bidonlar halinde olmalıdır.
2. Dezenfektan bidon kapağı, diyaliz cihazının dezenfektan hattında bulunan filtreli kapağa uygun olmalıdır.
3. Çözücü ve dezenfekte etme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Volümetrik karıştırma sistemli hemodiyaliz cihazlarında, vücut ısısında 37°C de dekalifikasyon,56°C nin üzerinde termokimyasal dezenfeksiyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Kan kalıntılarının çözülmesini sağlamalıdır.
6. CaCO3(kalsiyum karbonat) çözülmesini sağlamalıdır.
7. Tek adımda dezenfeksiyon, dekalifikasyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Tamamen doğal bileşenler içermelidir.
9. %100 bio-indirgenebilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
10. Kokusuz olmalıdır.
11. Renk ve koku veren madde içermemelidir.
12. Solüsyon içeriği %21 sitrik asit , %2,5 malik asit ve %2,5 laktik asit amonyum tuzları ve aktif klor vb yardımcı maddeler içermelidir.
13. 56 derecenin üzerinde kullanılan %3 lük solüsyon bakterisid , virüs (HIV) , hepatovirüs (B,C,D) , fungusid etkili olmalıdır.
14. Ph değeri 1-5 arası olmalıdır.
15. Solüsyon diyaliz makinelerinin, hidrolik hattına ve parçalarına zarar vermemelidir, zarar verir veya arızaya sebep olduğu takdirde arızalanan parçaların maliyetini yüklenici firma karşılayacaktır.
16. Dezenfektanlar alındıktan 2 yıl sonraya kadar, solüsyonda oluşabilecek çözelti, kristalleşme vb durumlarda ücretsiz değişim yapılacaktır.
17. Üretici firma T.C. Sağlık Bakanlığı Üretim Yeri izin belgesi, TSE kalite uygunluk belgesi, TSE imalat yeterlilik belgesi , ISO 9001:2015 kalite sertifikası ve CE belgesine sahibi olmalıdır.
18. Firmalar teklif edecekleri ürün için numune vereceklerdir. Getirilen ürün teknik komisyonca değerlendirmesi yapıldıktan sonra karar verilecektir. Uygunluk verilmeyen numunelerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Malzemenin ÜTS kayıtlı olması, teklif dosyasında ibraz edilmeli ve faturada ÜTS numarası yazmalıdır.
20. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

Hayvan...  
(Diyaliz Sorun Hemşiresi)

Dr.Ersin Arslan Eğt ve Araşt Hastanesi  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri  
Muharrem Mustafa YAVUZ

**Dr. Hilmi GEZER**  
Hemodiyaliz Hekimi  
Dipl. Tes. No: 58319 Dip. No: 159  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma H.