

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30.01.2023

İhale Kodu :22636
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklife belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **01.02.2023** tarih saat **10:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinhale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) V BIÇAKLI TROKAR 5MM	1.000	Adet				
2	TROKAR V BIÇAKLI 11MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	500	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

DISPOSABLE V BIÇAKLI TROKAR 5 MM

- Disposable olmalıdır.
- Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
- Trokar sistemi, obtüratör ve kantülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır.
- Trokar, 5mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
- Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
- Trokar kantülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
- Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı destüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
- Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanımaması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
- Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
- Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
- Kantülün uç kısmı trokarın batınıçine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik şeklinde olmalıdır.
- Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü gösterebilen bir işaret olmalıdır.
- Trokar kantülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
- Steril paketlenmiş malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
- Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- Malzemeyi teklif eden firma Türkiye 'deki distribütör firmaca onaylı yetkili satıcı belgesini ibraz etmeli.

Dr. Murat Öz
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 150339
Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Emrah CENGİZ
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 146586 - Uzm. Tes. No: 156315
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Hakan EROĞLU
Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 136264 - Uzm. Tes. No: 150886

DİSPOSABLE (V) BIÇAKLI TROKAR 5-11 MM

1. Disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır.
4. Trokar, 5mm'den 11mm çapına kadar olan el aletlerinin geçişine ekstra bir konvertör ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmelidir.
5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
7. Kanülün ucu batına girişi kolaylaştıracak şekilde açılı olmalıdır.
8. Kanülün batın duvarından dışarı çıkmasını engelleyen vida sistemine olmalıdır.
9. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı desüflasyon olanağı veren ve batın içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
10. Trokarın ucunda doku yaralanmasına engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
11. Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
12. Karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için trokar bıçağının iki tarafında keskin olmalıdır.
13. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki indikatörden takip edilebilmelidir.
14. Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü gösterebilen bir işaret olmalıdır.
15. Specimen çıkartabilmek için, alt kısımdaki geniş alandan tek yönlü esnek valfler sayesinde trokar üzerinden çap düşürücü rahatlıkla çıkartılabilmelidir.
16. Trokar kanülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
17. Steril paketlenmiş malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
18. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
19. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
20. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
21. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

Op.Dr. Murat Öz
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 75039
Dr.Ersin Arslan E. Hast. Hast. Gaziantep

Op.Dr. Emrah Cengiz
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 148598 / Uzm. Tes. No: 158315
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr. Hakan Eroğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
Dr.Ersin Arslan Egt. ve A. Hast. Gaziantep
Dip. Tes. No: 136264 / Uzm. Tes. No: 150886