

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.02.2023

İhale Kodu :22649
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
 7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
 10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
 11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
 12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.
- NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.
- NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **06.02.2023** tarih saat **10:00** kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KILAVUZ (GUIDING)KATATER (KR1142)	400	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

KR1142 GUIDİNG KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İç çapı en az 0.066 inch olmalı, boyu 100-110 cm olmalı, ucu soft touch ve atravmatik olmalı, gövdesi wire-braided olmalı, iç lümeni PTFE kaplı olmalı, özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.

2-Torkabilitesi, itilebilirliği, manevra yeteneği uygun olmalıdır, kateterin kuvvetli hafızası (memory) olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.

3-Ucu radyoopak özelliği daha fazla olan materyalden üretilmiş olmalıdır.

4-Proksimalde plastik materyalden üretilmiş standart luer lock konnektör olmalı, French ölçüsü ve curve tipi-numarası belirtilmelidir.

5-Kateter king ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

6- Bire bir torque yapabilmelidir, iyi back-up support verebilmelidir.

7-Kissing balon yapmaya uygun iç lümen çapı olmalıdır.

8-Kateterler yan delikli seçeneklerde olmalıdır.

Aşağıdaki curve ve ebatlardan muhtelif sayılarda alınacaktır.

Firmalar tüm bu kateter çeşitliliğini tek markadan olmak şartıyla sağlamak zorundadır:

JL 3.5

JL 4

JL 4.5

JL5

JL6

JR4

AL1

AL2

AL3

AR1

AR2

AR3

LIMA kateteri

Ekstra becap kateteri

Sağ koroner bypass kateteri

Sol koroner bypass kateteri

(6F, 7F seçenekleri olmalıdır)

Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Veynel Özgür BARIŞ
Kardiyoji Uzmanı
Fizyoloji Bilim Doktoru (21-SB-054)
Dip. Tes. No: 157667 - Uzm. Tes. No: 120558
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ökkes KARADURAN
Ameliyathane Birim Koordinatörü